LIFE-RATOWNICTWO MEDYCZNE I PIELĘGNIARSTWO Sp. z o.o.
ul. Rudzka 14, 47-400 Racibórz
NIP: 6392023251 | REGON: 389900423 | KRS: 0000920762
Zarząd: Bernadeta Oleszowska, Mariusz Cichon

PROCEDURA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

PODSTAWOWE ZASADY STERYLIZACJI

Nr procedury:	01/2026
Wersja:	1.0
Data:	07.06.2026
Zatwierdził:	

1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest określenie zasad postępowania z narzędziami w czasie przygotowywania autoklawu do procesu sterylizacji oraz przeprowadzenia tego procesu w celu zminimalizowania ryzyka epidemiologicznego i zapewnienia bezwzględnej sterylności narzędzi zabiegowych.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura obowiązuje w praktykach stomatologicznych oraz zakładach opieki zdrowotnej. Dotyczy wszystkich pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie sprzętu oraz realizację procesów sterylizacji.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za wdrożenie, nadzór oraz aktualizację procedury odpowiada **lekarz (w praktyce stomatologicznej) lub kierownik zakładu**.
2. Za prawidłowe stosowanie procedury odpowiada wyznaczony i przeszkolony pracownik realizujący proces.

4. WYPOSAŻENIE / ŚRODKI

Wykaz niezbędnych środków:

- Autoklaw do sterylizacji parowej (np. klasa B z frakcjonowaną próżnią wstępną).
- Materiały opakowaniowe (torebki i rękawy papierowo-foliowe, norma PN-EN 868-1).

- Zgrzewarka do pakietów.
- Wskaźniki chemiczne (klasa 4, 5, 6 wg PN-EN ISO 11140-1) oraz wskaźniki biologiczne (np. Sporal A).

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA (KROK PO KROKU)

1. **Przygotowanie narzędzi:** Narzędzia muszą być idealnie czyste i suche. Należy je odpowiednio opakować. Torebki zapełnia się najwyżej w ¾ objętości. Zachować bezpieczną odległość min. 3 cm od zgrzewu do narzędzia.
2. **Układanie w autoklawie:** Pakiety układać luźno (zasada: papier do papieru, folia do folii). Zapewnić swobodny dostęp pary. Komora musi być wypełniona przynajmniej w 1/6 objętości.
3. **Reguła pakowania:** Stosować zasadę: *jeden pacjent = jeden zabieg = jeden zestaw narzędzi*. Narzędzia uzupełniające sterylizować opakowane pojedynczo.
4. **Uruchomienie procesu:** Wybrać odpowiedni cykl sterylizacji wg PN-EN 13060 (np. Cykl B dla opakowanych i nieopakowanych narzędzi porowatych/wgłębionych; Cykl N dla litych nieopakowanych).
5. **Narzędzia nieopakowane:** Można sterylizować wyłącznie 1 zestaw nieopakowany, który należy użyć bezpośrednio po wyjęciu ze sterylizatora.
6. **Przechowywanie:** Zapewnić warunki przechowywania wykluczające ryzyko wtórnego zanieczyszczenia wysterylizowanego sprzętu.

6. KONTROLA PROCESU STERYLIZACJI

1. **Kontrola wsadu (każdy cykl):** Test biologiczny lub chemiczny we wnętrzu komory. Jeśli poj. < 20 l: 2 testy. Jeśli > 20 l: min. 3 testy. Prawidłowe wybarwienie zwalnia wsad do użytku.
2. **Kontrola pakietu (każdy pakiet):** Każdy pakiet musi posiadać dowód penetracji pary wewnątrz (wskaźnik wieloparametrowy/zintegrowany klasy 4, 5 lub 6).
3. **Kontrola ekspozycji (każdy pakiet):** Wskaźniki procesu klasy 1 umieszczane na zewnątrz (np. taśmy, metki).
4. **Kontrola sprzętu (każdego dnia):** Codzienny test Bowie-Dick'a (lub alternatywny).

5. **Zewnętrzna i okresowa kontrola biologiczna:** Testy biologiczne (np. Sporal A) przeprowadzane min. raz na 6 miesięcy, oraz po każdej naprawie autoklawu. Pakiety umieszcza się po przekątnej komory w miejscach najtrudniej dostępnych (tył komory, dolna półka).

Uwaga dot. dokumentacji:

Parametry sterylizacji muszą być rygorystycznie przestrzegane i udokumentowane, a dokumentacja przechowywana przez okres 10 lat. Prawidłowa dokumentacja chroni placówkę na wypadek roszczeń pacjentów.

7. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1. Instrukcja stanowiskowa sterylizacji
2. Rejestr kontroli cykli sterylizacji i karty cykli
3. Karty pacjentów (dla dowodów penetracji pakietów)