LIFE-RATOWNICTWO MEDYCZNE Sp. z o.o.
ul. Rudzka 14, 47-400 Racibórz
NIP: 6392023251 | REGON: 389900423 | KRS: 0000920762
Zarząd: Bernadeta Oleszowska, Mariusz Cichoń

PROCEDURA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Dezynfekcja i mycie narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku

Nr procedury:	01/2026
Wersja:	1.0
Data:	[DATA]
Zatwierdził:	

1. CEL PROCEDURY

Celem procedury jest określenie zasad postępowania podczas procesu ręcznego lub maszynowego dezynfekcji i mycia skażonych narzędzi oraz sprzętu wielokrotnego użytku w praktykach lekarskich, stomatologicznych, laryngologicznych lub zakładach opieki zdrowotnej.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura obowiązuje podczas dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku po ich zastosowaniu.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za wdrożenie procedury odpowiada **lekarz (praktyki lekarskie) lub kierownik zakładu**.
2. Za prawidłowe wykonanie procedury odpowiada **wyznaczony i przeszkolony pracownik**.

4. WYPOSAŻENIE / ŚRODKI

Wykaz niezbędnych środków i sprzętu:

- Środki ochrony osobistej: fartuch, rękawice, okulary ochronne, maska na twarz.
- Wanna do dezynfekcji z pokrywką lub pojemnik oraz ewentualnie myjka ultradźwiękowa.

- Zimna woda wodociągowa oraz woda o jakości co najmniej pitnej do płukania.
- Właściwy preparat dezynfekcyjny / myjąco-dezynfekcyjny do narzędzi.
- Szczotki przeznaczone wyłącznie do mycia narzędzi (przy myciu ręcznym).
- Rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji.

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA (KROK PO KROKU)

A. Przygotowanie roztworu preparatu dezynfekcyjnego

1. **Zabezpieczenie siebie:** Załóż środki ochrony osobistej (fartuch, rękawice, okulary, maskę).
2. **Przygotowanie roztworu:** Do wanny/pojemnika odmierz zimną wodę wodociągową, a następnie przygotuj roztwór roboczy wybranego preparatu w stężeniu odpowiadającym planowanemu czasowi dezynfekcji.
3. **Oznaczenie pojemnika:** Na pojemniku umieść informację o nazwie preparatu, stężeniu, dacie i godzinie przygotowania roztworu oraz opcjonalnie nazwisko osoby przygotowującej.

B. Postępowanie ręczne: Dezynfekcja i Mycie

1. **Zanurzenie w preparacie:** Bezpośrednio po użyciu ostrożnie umieść narzędzia w roztworze (unikaj rozchlapywania). Narzędzia rozkładane włóż rozłożone. Narzędzia muszą być całkowicie zanurzone, usunąć ewentualne pęcherze powietrza, a pojemnik przykryć pokrywką.
2. **Mycie:** Po upływie zaleconego czasu działania, wyjmij narzędzia, wypłucz je wodą, a następnie umyj pojedynczo w ciepłej wodzie używając przeznaczonych do tego szczotek (w specjalnym zlewozmywaku).
3. **Zakończenie mycia:** Zdezynfekuj, wypłucz i wysusz użyte do mycia szczotki. Narzędzia dokładnie wypłucz wodą o jakości pitnej i osusz.

C. Postępowanie w myjce ultradźwiękowej (Alternatywa)

1. **Przygotowanie i wkładanie narzędzi:** Umieść ostrożnie narzędzia (rozłożone) w roztworze preparatu myjąco-dezynfekcyjnego w myjce ultradźwiękowej, całkowicie je

zanurzając.

2. **Cykl mycia:** Zamknij pokrywkę i uruchom myjkę (zgodnie z instrukcją preparatu/myjki).
3. **Po zakończeniu:** Wyjmij narzędzia, wypłucz wodą o jakości pitnej i osusz. Następnie wylej zużyty roztwór z myjki i poddaj ją myciu i dezynfekcji.

D. Przygotowanie do sterylizacji

1. **Pakowanie:** Całkowicie suche narzędzia zapakuj w rękawy papierowo-foliowe i przekaż do procesu sterylizacji.

> **Uwaga:**
>
> Nigdy nie stosuj preparatów w stężeniu ani czasie innym niż zalecony przez producenta. Zawsze przestrzegaj bezpieczeństwa używając odzieży ochronnej.

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1. Instrukcja stanowiskowa - Dezynfekcja i mycie narzędzi
2. Ulotki informacyjne stosowanych preparatów do dezynfekcji