LIFE-RATOWNICTWO MEDYCZNE Sp. z o.o.
ul. Rudzka 14, 47-400 Racibórz
NIP: 6392023251 | REGON: 389900423 | KRS: 0000920762
Zarząd: Bernadeta Oleszowska, Mariusz Cichoń

PROCEDURA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

PROCEDURA OTWIERANIA OPAKOWAŃ STERYLNYCH

Nr procedury:	...
Wersja:	1.0
Data:	...
Zatwierdził:	

1. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie prawidłowego sposobu otwierania opakowań sterylnych w celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji sterylnego sprzętu i narzędzi oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki wykonujących czynności związane z otwieraniem sterylnych opakowań (papierowych, foliowo-papierowych, włókninowych, kontenerów itp.) w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za nadzór nad procedurą oraz jej wdrożenie i przestrzeganie odpowiada **wyznaczona osoba nadzorująca**.
2. Za bezwzględne przestrzeganie i prawidłowe stosowanie procedury podczas otwierania pakietów odpowiada **każdy pracownik** wykonujący te czynności.

4. WYPOSAŻENIE / ŚRODKI

Wykaz niezbędnych środków:

- Zestaw / narzędzia w opakowaniu sterylnym

- Nożyczki (do otwierania torebek papierowych)
- Jałowe rękawiczki (do otwierania wewnętrznych warstw pakietów włókninowych/krepowanych)

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA (KROK PO KROKU)

1. **Kontrola wstępna:** Przed otwarciem opakowania upewnij się, że jest ono nieuszkodzone oraz sprawdź datę ważności.
2. **Torebki papierowe:** Otwieraj zawsze przy pomocy nożyczek. Rozrywanie opakowań jest zabronione – może prowadzić do kontaminacji sprzętu kurzem z zewnętrznej części opakowania lub drobinkami papieru.
3. **Opakowania jedno- i wielowarstwowe (papierowo-foliowe, włókninowo-foliowe, Tyvek-folia):** Zwróć uwagę na znak graficzny na spawie informujący o kierunku otwierania. Bezwzględnie stosuj się do zaleceń producenta.
4. **Torebki papierowo-foliowe:** Otwieraj w wyznaczonych miejscach (najczęściej fabrycznie przygotowane narożniki), oddzielając warstwę folii od warstwy papieru.
5. **Mankiety papierowo-foliowe:** Otwieraj oddzielając warstwę folii od papieru, chwytając za brzeg opakowania pozostawiony poza zgrzewem.
6. **Pojemniki sterylizacyjne (kontenery):** Otwieraj trzymając tylko za uchwyty w pokrywie. Po jej zdjęciu rozwiń sterylną serwetę stanowiącą wewnętrzne wyłożenie pojemnika i przykryj brzegi pojemnika.
7. **Opakowania z papieru krepowanego i włókniny:** Rozwijaj kolejno warstwy w taki sposób, aby warstwa zewnętrzna nie miała kontaktu z powierzchnią wewnętrzną. Wewnętrzna warstwa (zielona lub biała) musi być otwierana przez osobę w jałowych rękawiczkach.
8. **Weryfikacja sterylności i dokumentacja:** Po otwarciu sprawdź test (wskaźnik sterylizacji). Jeśli jest prawidłowy – przeznacz narzędzia do użytku. Następnie test (po opisaniu datą sterylizacji spisaną z pakietu) dołącz do dokumentacji pacjenta.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania, przekroczenia daty ważności lub nieprawidłowego wyniku wskaźnika sterylizacji – sprzęt należy traktować jako niesterylny!

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1. Instrukcja otwierania opakowań sterylnych
2. Dokumentacja pacjenta