

1 kênh aECG
1000 Hz

Butterworth
10–60 Hz
notch 50 Hz
→ 250 Hz

Dò QRS mẹ
dải 8–25 Hz,
 $RR \geq 350$ ms

Khử ECG mẹ
mẫu trung vị +
LS từng nhịp

113.481 tham số

FetalQRS-TCN
5 khối dilated 1–16
RF 1.516 ms

Đoạn 4 giây
 2×1000 (đư + gốc)

Heatmap
từng mẫu
 $\sigma = 12$ ms

Lấy đỉnh
ngưỡng τ +
trở 250 ms

Vị trí nhịp thai
+ nhịp tim thai

đã chạy được

Cổng từ
chối trả lời
loại đoạn fSQI thấp

fSQI đồng
điều bền vững
C3 — chưa
triển khai

nhánh độ tin cậy sẽ xây dựng trong đề tài