

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП

Инструкция по эксплуатации



ВСН-4000 с капюшоном

ВСН-4000 без капюшона

Благодарим Вас, что Вы выбрали детскую складную кресло-коляску BRONIGEN BCH-4000. Перед началом использования кресла-коляски, ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по эксплуатации. Это поможет Вам использовать кресло-коляску наиболее эффективно.

Комплектация

1. Кресло-коляска	1 шт.
2. Опоры для ног	2 шт.
2. Подголовник	1 шт.
3. Подушка подголовника	1 шт.
4. Подушка для сидения	1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
6. Набор инструментов	1 комплек

1 комплект.

1 шт. 7. Съемный капюшон

(для ВСН-4000 с капюшоном)

Назначение

Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Область применения

Кресло-коляска используется для детей с потерей или ограничением функций передвижения, возникшим в результате паралича, потери конечностей, деформации конечностей, контрактуры суставов и других заболеваний.

Оказываемые эффекты

Кресло-коляска позволяет родителям или сопровождающим удобно и безопасно перемещать ребёнка с нарушенными функциями опорнодвигательного аппарата во время прогулки, а также при необходимости транспортировки ребёнка.

Складная конструкция кресла-коляски обеспечивает дополнительный комфорт при транспортировке.

Кресло-коляска предоставляет возможность индивидуальной регулировки по потребностям пользователя. Возможно изменение угла наклона спинки кресла-коляски, высоты положения опор для ног, высоты установки подушки подголовника, а также корректировки длины фиксирующих ремней.



- 1 рама коляски;
- 2 спинка;
- 3 ремень плечевой;
- 4 ремень поясной;
- 5 подушка сиденья;
- 6 абдуктор;
- 7 узел подножек;
- 8 опоры узла подножек;
- 9 поперечина;

- 10 фиксатор поперечины;
- 11 фиксатор опоры сиденья;
- 12 опора сиденья;
- 13 сиденье;
- 14 фиксатор наклона спинки;
- 15 подголовник;
- 16 рычаг тормоза;
- 17 подушка подголовника.

Принцип действия

- Наклон спинки сиденья (2) устанавливается в одном из трех положений при помощи рычагов (14), расположенных с обеих сторон спинки.
- Плечевые ремни (3) крепятся к абдуктору (6) при помощи пружинных застежек. Натяжение плечевых ремней регулируется перемещением соответствующих пряжек ремней. Поясной ремень (4) закреплен на спинке сиденья (2), его размер регулируется застежкой «Велкро».
- Абдуктор (6) закреплен своей нижний частью на основании сиденья (13), а верхней частью соединен с плечевыми ремнями (3).
- Кресло-коляска комплектуется съемными и поворотными подножками. Для установки узла подножек (7) на кресло-коляску наденьте их на два штифта на раме и поверните вперед до щелчка фиксатора. Опоры для ног (8) опустите в горизонтальное положение.
- Высота опор регулируется перестановкой крепежного болта в одно из пяти фиксированных положений. Для снятия подножек нажмите на рычаг фиксатора, поверните узел подножек (7) назад (в сторону колеса), и движением вверх снимите его со штифтов.
- Поперечины (9) с фиксаторами (10) установлены между передними колесами, под сиденьем и на задней стороне спинки сиденья.
- Подголовник (15) устанавливается в гнездах вертикальных опор спинки и фиксируется кнопочными фиксаторами. Подушка подголовника (17) крепится к подголовнику (15) на требуемой высоте при помощи застежки «Велкро».
- Кресло-коляска оборудована стояночными тормозами задних колес.
 Для торможения нажмите рычаг тормоза (16) до блокировки колес.
 Рычаг тормоза может быть зафиксирован в одном из трех положений, обеспечивающих различное усилие торможения.

Противопоказания

Кресло-коляска используется для детей весом до 50 кг.

Меры предосторожности

- Перед использованием кресла-коляски убедитесь, что все трубки зафиксированы, во избежание травм.
- Будьте осторожны при сборке и складывании кресла-коляски.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать опоры для ног как опорную платформу при посадке в кресло и вставании из кресла.
- Перед посадкой и вставанием с кресла заблокируйте колёса тормозами.

Правила использования Порядок сборки кресла-коляски



Выньте кресло-коляску из упаковки.



Двигайте переднюю ножку вперёд, а заднюю ножку назад.



Нажмите на поперечную трубку сидения.



Зафиксируйте поперечную трубку сидения с двух сторон.



На передней части кресла-коляски нажмите вниз на верхнюю поперечину и потяните вверх нижнюю поперечину.



Надавите на поперечину сзади.




Установите головную часть.



Убедитесь, что фиксатор попал в фиксирующее отверстие, как на рисунке.



Положите подушечку для сидения.



Установите опоры для ног.



Вид коляски в собранном виде.

Порядок складывания кресла-коляски




Снимите головную часть.



Снимите подушечку для сидения.



Опустите вниз рычаг узла подножек.



Снимите опоры для ног.

5



Поднимите поперечину на задней части.



На передней части кресла нажмите вниз верхнюю поперечину и потяните вверх нижнюю поперечину.



Коляска в сложенном виде.

Порядок установки капюшона (для моделей с капюшоном)

1



Вставьте боковые части капюшона на держатели на коляске с левой и правой стороны



Убедитесь, что детали вставлены полностью.



Зафиксируйте капюшон с двух сторон с помощью велкро фиксаторов.



Коляска с капюшоном в собранном виде.

Для снятия капюшона выполните все действия в обратном порядке

Правила ухода за креслом-коляской

- Для чистки пластиковых и металлических частей используйте тёплую воду с нейтральным моющим средством. После чистки вытрите все детали насухо тряпочкой. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и др.), а также сильнодействующие моющие средства. Не применяйте абразивные вещества и инструменты.
- Для чистки подушечки для сидения, подголовника, а также обивки спинки кресла-коляски и боковых частей используйте губку, смоченную в тёплой воде с мягким моющим средством. Затем смойте моющее средство губкой, смоченной в чистой воде, и дайте всем деталям просохнуть. Не сушите подушечку для сидения и подголовник в автоматической сушилке, т.к. это может привести к деформации изделий.

- Особо загрязненные части очищайте с помощью мягкой щётки.
- Не допускайте повреждения обивки твёрдыми и острыми предметами.

Правила хранения

- Храните кресло-коляску после использования в сухом чистом месте.
- Не подвергайте кресло-коляску воздействию высокой температуры, влажности и пыли.
- Температура хранения кресла-коляски от -20°С до +60°С.
- При хранении оберегайте кресло-коляску от воздействия прямых солнечных лучей.

Правила утилизации

Утилизация кресла-коляски осуществляется по правилам утилизации алюминиевого лома, действующим на территории потребителя.

Гарантии производителя

Гарантия на кресла-коляски составляет 12 месяцев с момента покупки при отсутствии повреждений вследствие удара, механического воздействия, несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию.

Срок службы кресел-колясок составляет не менее 3 лет.

Технические характеристики

Глубина сиденья, мм	300
Высота спинки, мм	350-560
Размеры (ШхВхД) без опор для ног	510x990/120x790
Вес коляски без капюшона, кг	10,5
Вес коляски с капюшоном, кг	11
Грузоподъемность, кг	50
Диаметр колёс, см	20

Размерный ряд

Размер	S	М	L	XL
Ширина сидения, см	30	33	36	38

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП

- 1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной продавцом в гарантийном талоне при продаже изделия.
- 2. В случае отсутствия отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с даты поставки коляски в торгующую организацию.
- 4. Гарантия распространяется только на производственные дефекты.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие удара, механического воздействия, несанкционированного ремонта или внесения изменения в конструкцию.

Серийный номер кресла-коляски

-	
Торгующая организация (продавец)	Дата продажи
	Дата поставки в торгующую организацию
Отметки о ремонте	

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбX Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп»

Россия, 127124, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1 **Для корреспонденции:** Россия, 127220, Москва, а/я № 60



Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09239 от 16.03.2011 г. выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Декларация о соответствии № РОСС DE.ИM24.Д00137 от 23.03.2011 г. выдана ООО «Центр Сертификации и Декларирования»