

SUNA V2

Saltwater Calibration Verification

SUNA Serial Number:	1921
RMA Number:	

Reference Solution	RS-232 output		Analog output (V)		Analog output (mA)	
	Instrument Output	Reference Range	Instrument Output	Reference Range	Instrument Output	Reference Range
Pure Water (0 μm)	-0.543	0 μm (± 2)	0.367	0.28 \pm 0.1 (0.18–0.38)	4.656	4.76 \pm 0.35 (4.41–5.11)
Seawater (0 μm)	0.002	0 μm (± 2)	0.372	0.28 \pm 0.1 (0.18–0.38)	4.721	4.76 \pm 0.35 (4.41–5.11)
Low Nitrate (40 μm)	40.962	40 μm (± 4)	1.836	1.81 \pm 0.16 (1.65–1.97)	11.064	10.86 \pm 0.61 (10.25–11.47)

Calibration File Name	Date	Technician Initials
SNA1921A	7/12/2022	PF

Final Reference Update Needed? (Yes / No):	Yes
--	------------

Calibration File Name	Date	Technician Initials
SNA1921C	7/15/2022	BM