



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 558/ RSPHS/ 1-BAC/ IPSRS/ VII/ 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS) pada Tanggal 10 Bulan Juli Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Kabel kaset X Ray Konvensional
Merk/Type Alat	:	Gemms
Ruang/Unit	:	Radiologi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kabel kaset X Ray Konvensional Tidak bisa Konek ke Komputer. 2. Soket kabel dalam kondisi bengkok.
Analisa	:	1. Kabel kondisi tidak konek ke Kaset bisa di sebabkan karena kabel putus. 2. Soket kabel dalam kondisi bengkok bisa di sebabkan karena soket ketindis oleh tubuh pasien, sehingga mengakibatkan soket bengkok.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 10 Juli 2025

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Suliyanto Amd TekMed)	(Wulandari)	(Heni Indra W.S.Kep.M.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

NOMOR : 558.1 / RSPHU / 1 - PM / RAD / VII / 2025

Tanggal	10 Juli 2025		
Pengajuan Dari Unit*	Radiologi		
Alasan Pengajuan	Kabel kaset xray rusak		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Port USB	1 Unit
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk menyambungkan kaset ke komputer	
3.	Penempatan alat**	Radiologi	
4.	Merk/Tipe**	Sesuai Pengadaan	
5.	Spesifikasi**	Sesuai Pengadaan	
Yang Mengajukan	Kabid Yanmed	Kabid Jangmed	Direktur RS,
			
Wardah Mahdiyah M amd.rad	Heni Indra W,S.Kep,Ns	Nur Lailatu Farida, S.Kep., Ns	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			