

LAPORAN EVALUASI

Perihal : Evaluasi pemakaian printer X-Ray
Tanggal : 12 Juli 2025

No	Masalah	Tindak Lanjut	Evaluasi
1	Printer sering rusak, hasil prnter tidak jelas, gambar bergaris – garis, banyak corak	1. Study banding ke RS Prima Husada Malang dengan Tim Radiologi dan IT RSPH Malang	Dilakukan perubahan cara penggunaan printer, menggunakan dua printer secara bergantian
		2. Evaluasi penggunaan printer secara bergantian selama 1 bulan	1. Penggunaan printer baru merek Pixma dalam 3 (tiga) minggu berjalan lancar, tidak ada kendala, tetapi di minggu berikutnya printer tetap error dibagian headprint 2. Dilakukan penggantian headprint, tetapi hanya bertahan 3 hari
2	Tidak ada back up dan printer baru karena sudah terpakai semua	1. Order printer Dry pix X-Ray untuk penggunaan jangka lama 2. Pengajuan ke PT sudah dilakukan	Evaluasi jika printer sudah datang

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Plt Kabid Penunjang Medis

Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns