

BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 534/RSPHS/1-BAC/IPSRS/VII/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada Tanggal 12 Bulan Juli Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. X Ray Mobile
Merk/Type Alat	:	1. Ecoview / Ultra 200
Ruang/Unit	:	Radiologi
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. X Ray Mobile Kondisi Eror 201
Analisa	:	1. Setelah di Lakukan Pengeceken terdapat kerusakan pada Board tegangan tidak berfungsi / tidak keluar Tegangan,bisa di sebabkan karena Voltase listrik yang tidak stabil sehingga mengakibatkan terjadi nya kerusakan pada board power Suplay X Ray Mobile tersebut.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 12 Juli 2025

Teknisi	PLT.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
 Sulyanto Amd Tek.Med	 Wulandari	14/7  Heni Indra W,S.Kep,M.Kep	 Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS	 dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS



DOKUMENTASI



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 534.1/RSPHSJ/1-PM/IPSRS/ VII /2025

Tanggal	12 Juli 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Power Suplay X-Ray Mobile	1 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Power Suplay X- Ray Mobile berfungsi sebagai pembangkit tagangan pada X-Ray dan Mainboard pada X-Ray Mobile			
3.	Penempatan alat**	1. Power Suplay X – Ray Mobile berada di dalam alat X-Ray Mobile yang di kemas dalam Box khusus.			
4.	Merk/Tipe**	1. Ecoview / Ultra 200" 5KW			
5.	Spesifikasi**	1. Ecoview / Ultra 200 " 5KW			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
					
Sulyanto Amd TekMed	Wulandari	Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

