



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 585 / RSPHS / 1-BAC / IPSRS / VII / 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS) pada Tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Battery Kaset DAR
Merk/Type Alat	:	DRTECH / EVS-BCS
Ruang/Unit	:	Radiologi
Jumlah	:	2 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Batrey Kondisi Low / Drop tidak bisa di cas.
Analisa	:	1. Batrey kondisi Low / Drop bisa di sebabkan karena masa batrey sudah waktunya ganti.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 16 Juli 2025

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto Amd TekMed)	(Wulandari)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR : 585.1 / RSPH / 1-Pm / RAD / VII / 2025

Tanggal	16 Juli 2025				
Pengajuan Dari Unit*	Radiologi				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Alat Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Battery Kaset DAR	2 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk baterai kaset DAR			
3.	Penempatan alat**	1. Battery Kaset DAR untuk Radiologi			
4.	Merk/Tipe**	1. DRTECH / EVS-BCS			
5.	Spesifikasi**	1. WxLxH : 500g / 255 x 180 x 35mm 2. Output : 8.4V-2.5A			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
Wardah Mahdiyah amd.rad	Wulandari	Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS	Heni Indra , S.Kep.,M.Kep	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

