



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 625/ RSPHS/ I-BAC / IPSRS/vii / 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS) pada Tanggal 26 Juli Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Battery Charge Kaset DAR
Merk/Type Alat	:	DRTECH / EVS-BCS
Ruang/Unit	:	Radiologi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Retak pada batre DR milik PHM
Analisa	:	1. Dicurigai pada saat pemasangan kaset ke bucky stand yg ada di bis
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	1. Kelalaian yg dilakukan oleh staf menyebabkan kerugian RS 2. Tanggung jawab dilakukan oleh staf yg bersangkutan untuk mengganti kerugian 3. Punishmen dibertokukan sesuai dgn aturan yg berlaku.

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 26 Juli 2026

Kepala Ruang Radiologi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
(Wardah Mahdiyah M amd.rad)	(Wulandari)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

