



I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Wardah Mahdiyah Mudzakir, A.Md.Rad
2	Kejadian	Baterai dr retak
3	Unit Kerja yang terlibat	Radiologi
4	Tanggal Kejadian	26 Juli 2025

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
24 Juli 2025	07.00	PHS pinjam set dr ke PHM untuk mcu di PT Advanta Seed	Faris
24 Juli 2025	14.00	Set dr diantar pak pangky dari phm ke phs dan diserahkan terima pak suli lalu menghubungi radiologi dan set dr diterima faris untuk di setting di bis mcu.	Faris
25 Juli 2025	11.00	Dicurigai terbentur/tergesek saat pemasangan bucky stand saat mcu.	Faris, Dandi
	14.00	Set dr dikembalikan wahyu dan faris ke pak suli di ipsrs.	Faris, Wahyu
26 Juli 2025	11.44	Ditemukan keretakan pada batrai DR.	PHM

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Dicurigai terbentur/tergesek saat pemasangan bucky stand saat mcu

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Baterai dr retak

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
*Kabid Umum & Keuangan	① Tanggung jawab user untuk kerusakan pada unit ② Proses sesuai ketentuan	
*Kabid Pelayanan Medik	1. Kelalaian yang dilakukan oleh staf menyebabkan kerugian 2. Tanggung jawab pada user	
*Kabid Keperawatan	1. Tanggung jawab oleh staf terlibat 2. Proses sesuai ketentuan	
*Kabid Penunjang Medik	1. Kelalaian yg dilakukan oleh staf menyebabkan kerugian RS 2. Tanggung jawab dilakukan oleh staf yg bersangkutan	
*SDM RS	Proses sesuai dengan ketentuan, apabila ada kerugian maka dibebaskan kepada ybs	

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Pembuat Kronologi

(Wardah Mahdiyah Mudzakir, A. Md. Rad)

Catatan Direktur :



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Lampiran

