



I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Wardah Mahdiyah Mudzakir, A.Md.Rad
2	Kejadian	Software CT Scan Trouble
3	Unit Kerja yang terlibat	Radiologi
4	Tanggal Kejadian	26 Juli 2025

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
25/07/2025	24.00	CT Scan masih tidak ada kendala serta masih melayani pasien trauma dari IGD	Dandi
26/07/2025	03.00	Petugas jaga malam mematikan CT Scan secara rutin agar tidak rusak	Dandi
	04.00	Dandi menghidupkan alat CT Scan. Software pada computer CT Scan hanya muncul tampilan start windows dan tidak konek ke CT Scan yang disebabkan softwarenya error	Dandi
	07.00	Petugas jaga pagi mencoba kembali mematikan dan menghidupkan kembali CT Scan namun masih muncul tampilan start windows dan CT Scan tidak terkoneksi dengan software komputer	Rizal
	08.00	Petugas Radiologi menghubungi ATEM	Wardah
	08.30	Petugas ATEM menghubungi teknisi dari Phillips, konsul per telp untuk dipandu pengecekan, didapatkan bahwa Software CT Scan corrupt, diduga akibat kesalahan saat mengklik software Ct Scan Saran dari teknisi Phillips adalah untuk segera update ulang	Suli

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

- Software CT Scan Error diduga karena kesalahan saat mengklik software CT Scan

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

- Pasien tidak bisa melakukan pemeriksaan CT Scan di RSPHM
- Kerugian biaya yang ditimbulkan

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Unit Radiologi		
*Kabid Pelayanan Medik	Kesalahan dikarenakan human error	<i>[Signature]</i> 30/7.
*Kabid Keperawatan	Tanggung jawab oleh staf terlibat	<i>[Signature]</i>
*Kabid Penunjang Medik	Kesalahan dikarenakan human error	<i>[Signature]</i> 30/7/25
*SDM RS	Mohon diproses sesuai dengan ketentuan. Kerugian dapat ditanggung bersama (unit).	

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Pembuat Kronologi

(Wardah Mahdiyah Mudzakir, A.Md.Rad.)

Catatan Direktur :