

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 262/RSPHS/1-BAC/UM/0111/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. TOA Ambulance (Ambulance APV N 1464 EK) 2. Rotator Syrine Ambulance (Ambulance traga N 2353 EE)
Merk/Type Alat	:	1. TOA 2. Traga
Ruang/Unit	:	Ambulance
Jumlah	:	1. 1 Unit 2. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. TOA Ambulance dalam kondisi Suara tidak bisa besar / Kecil dan Suara berisik tidak jernih. 2. Rotator Syrine Ambulance dalam keadaan Mati,Casing Akilrik dalam keadaan pecah.
Analisa	:	1. Setelah di lakukan pengecekan dan pembongkaran pada TOA Ambulance terdapat kerusakan pada Lilitan / Kumparan hangus.(perlu pengantian TOA).TOA rusak bisa di sebabkan karena sering nya pemakaian dan getaran dalam mobil bisa juga di sebabkan karena kena air hujan sehingga mengakibatkan konseting. 2. Setelah di lakukan pengecekan dan pembongkaran terdapat kerusakan pada lampu mati,kabel tidak layak,casing dalam keadaan pecah,bisa di sebabkan karena terbentur oleh batang pohon.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	



Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 23 Agustus 2025


Teknisi	PLT.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	PLT Direktur RSPHS
			 26/8/25	
(Saifuddin)	(Wulandari)	(Sista Puspitasari, S Kep NS)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)



DOKUMENTASI



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 762 / RSPHS / 1-PM / UMM / VIII / 2025

Tanggal	23 Agustus 2025				
Pengajuan Dari Unit*	Ambulance				
Alasan Pengajuan	1. Untuk Penggantian TOA Yang Rusak 2. Untuk Penggantian Lampu Rotator yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	TOA	1 unit	0	Ambulance APV N 1464 EK
	2.	Lampu Rotator Ambulance	1 Unit	0	Ambulance Traga N 8953 EU
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk TOA Ambulance (Suara Sirine). 2. Untuk Lampu Rotator mobil Ambulance			
3.	Penempatan alat**	1. TOA Di mobil Ambulace 2. Lampu Rotator di Mobil Ambulance			
4.	Merk/Tipe**	1. X200W+CJB200 merk sesuai pengadaan PT 2. Lampu Rotator Ambulance Light BAR GPL RED / Led bar 8401.			
5.	Spesifikasi**	1. X200W+CJB200 merk sesuai pengadaan PT 2. Lampu Rotator Ambulance Light BAR GPL RED / Led bar 8401.			
Yang Mengajukan		Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui PLT Direktur
 (Pangki RM)		 (Wulandari)	 (Nur Lailatul Farida,S.Kep.,NS)	 (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



**LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT**

➤ **Lampu Strobo Ambulance**



➤ **TOA Ambulance**

