



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 7791 / RSPHS / I-PAC / PAD / IX / 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 02 Bulan September Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Printer USG Sony
Merk/Type Alat	:	1. Printer Sony / Type BW Up – D 898DC
Ruang/Unit	:	Radiologi
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Printer USG mati Total tidak bisa ngeprint.
Analisa	:	1. Printer USG setelah di lakukan pembongkaran terdapat kerusakan pada Board power suplaynya tidak berfungsi bisa di sebabkan karena naik turunnya tegangan listrik bisa juga karena masa pakai alat sejak tahun 2020.(USG sudah menggunakan UPS 1000 W / 2000 VA).
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	*) komunikasi dengan vender melalui pengadaan farmasi apakah service / ganti part / beli baru ?

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 02 September 2025

Teknisi	PLT.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	PLT Direktur RSPHS
				
(Sulyanto Amd TekMed)	(Wulandari)	(Siska Puspitasari, S.Kep NS)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)



DOKUMENTASI



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 779/PJPHS/1-RM/PAD/IX/2025

Tanggal	02 September 2025			
Pengajuan Dari Unit*	Radiologi			
Alasan Pengajuan	1. Untuk Penggantian Printer Yang Rusak			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit
	1.	Printer Sony UP-D898 DC	1 unit	0
				Printer Sony / Type BW Up – D 898DC
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Printer Untuk ngeprint hasil USG.		
3.	Penempatan alat**	1. Printer berada di USG GE Versana Essensial		
4.	Merk/Tipe**	1. USG Merk Sony / Type BW Up-D898DC		
5.	Spesifikasi**	2. USG Merk Sony / Type BW Up-D898DC		
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui PLT Direktur
				
(Wahyu)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida,S.Kep.,NS)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO koordinasi dengan pengadaan PT apakah diperlukan service / ganti part / beli baru → komunikasi dgn vendor 				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

