



BERITA ACARA TELAAH ALAT

NOMOR : 337/RSPTS/1-AC/PAD/IX/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada tanggal 24 September 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	CT Scan
Merk/Type Alat	:	Philips 16 Slide
Ruang/Unit	:	1. Radiologi
Jumlah	:	1 (satu)
Keluhan/Kendala	:	1. CT Scan dalam kondisi Error.
Analisa	:	- Untuk Alat CT-Scan terjadi eror pada Gentry nya.
Perbaikan	:	1. Setelah dilakukan pengecekan pada genty Ct scan fuse aman tidak ada kendala,di lakukan restart pada ct scan secara keseluruhan kondisi tetap eror pada ct scan. (perlu pemanggilan Vendor Philips,untuk tindak an lebih lanjut).
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara telaah barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan,24 September 2025

Karu IPSRS,	PLT Kabid Umum dan Keuangan,	PLT Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
(Sulyanto,Amd Tek Med.)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Ns.Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)



DOKUMENTASI

