

BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 885.1/RS PHS / I -BAC / I -PM/IKO / X / 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 13 Bulan Oktober Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Klem Hordeolum besar / standart
Merk/Type Alat	:	1. -
Ruang/Unit	:	IKO
Jumlah	:	1. 1 Item
Keluhan/Kendala	:	1. Klem Hordeolum besar dalam keadaan dol pada penguncinya.
Analisa	:	1 Klem Hordeolum besar dalam keadaan dol pada penguncinya,bisa di sebabkan karena masa alat, karena sering nya di steril / kena suhu panas,sehingga mengakibatkan Klem Hordeolum jadi dol.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	




Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 13 – 10 - 2025

Teknisi	PLT. Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto AmdTekMed)	(Wulandari)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
NO: 885/RSPHS/T-PM/IKO/X/2025

Tanggal	13/10/2025		
Pengajuan Dari Unit*	SMF Mata		
Alasan Pengajuan	Penambahan Alat		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Klem hordeolum besar/ standart (penambahan)	2
	2.	Klem hordeolum kecil (barang baru)	2
	3.	Bipolar Cautery Eye + mata cautery (barang baru)	1
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk klem perdarahan dan massa ketika dilakukan isisi benjolan 2. Untuk klem perdarahan dan massa ketika dilakukan isisi benjolan 3. Untuk menghentikan perdarahan	
3.	Penempatan alat**	IKO	
4.	Merk/Tipe**	1. Menyesuaikan dengan pengadaan 2. Merk menyesuaikan	
5.	Spesifikasi**	Menyesuaikan pengadaan (bisa koordinasi dengan dr.latifah Sp.M)	
Yang Mengajukan (Karu/DPJP)		Kabid Yanmed	Kabid Jangmed
 13/10/25		 13/25. 10	 13/10/25
Rizky Dwi R Amd.Kep		Sisca Puspitasari, S.Kep, Ns	Nur lailatul Farida S.Kep, Ns
			Direktur RS
			 Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO			
- Untuk klem hordeolum besar / standart jika rusak harus ada BA. - Barang baru diben- penerangan.			
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO			



*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ~~ada tetapi rusak/~~ perlu penambahan/ ~~ada tetapi hilang/ untuk back up~~

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap

LAMPIRAN FOTO



Klem Hordeolum kecil dan klem hordeolum besar/ standart



Unique Eye Centre Ltd



Bipolar Cautery Unit Set Along With Autoclavable Forceps And ...

[Visit >](#)

Cautery eye