

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 870/RSPHS/I-BAC/IRJA/X/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 08 Bulan Oktober Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Batrey Ups
Merk/Type Alat	:	ICA / CT 1082B
Ruang/Unit	:	Poli Jantung / Untuk Treadmile
Jumlah	:	3 Pcs
Keluhan/Kendala	:	1. Kondisi Ups Batrey tidak bisa menyuplay / Low batrey.
Analisa	:	1. Kondisi Batrey Low tidak bisa di cass bisa di sebabkan karena kondisi batrey sudah di gunakan lebih dari 3 tahun (Pembelian ups 03 – 01 – 2022).
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 08 Oktober 2025


Teknisi	.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	PLT Direktur RSPHS
				
(Sulyanto,Amd Tek Med)	(Wulandari)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Ke p)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)



Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 870.1/RSPHS/I-PM/IRJA/X/2025

Tanggal	08 Oktober 2025				
Pengajuan Dari Unit*	Poli Jantung				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Batrey yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Batrey	3 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk baterai UPS Treadmile			
3.	Penempatan alat**	1. UPS Alat Treadmile			
4.	Merk/Tipe**	1. ICAL / 12 V / 7.2 Ah.			
5.	Spesifikasi**	1. ICAL / 12 V / 7.2 Ah.			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (Bagas S.P)	 (Wulandari)	 (Nur Lailatul Farida,S.Kep.,NS)	 (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

