

Senin, 06 Oktober 2025

Nomor : 864/RSPHS/I-UND/DIR/X/202  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Rapat Unit

Kepada Yth.

1. Kepala Bidang Umum dan Keuangan
2. Ketua Komite K3RS
3. Kepala Ruang IPSRS
4. Seluruh Staf IPSRS

di Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa akan diadakan **Rapat Koordinasi IPSRS** di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada :

Kegiatan : Rapat Bulanan Unit IPSRS  
Tanggal : Kamis / 09 Oktober 2025  
Jam : 14.00 - selesai  
Tempat : Ruang IPSRS

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PLT Direktur RS Prima Husada Sukorejo



**Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep**

## MATERI

1. Kredensial BPJS Kesehatan
2. Kerusakan Pompa Dishwasher Pantry
3. Kerusakan CT-Scan
4. Pemasangan lampu PJU di dekat jalan raya di RS dan lampu di parkir
5. Pengajuan tangga 6 meter untuk pembersihan AC casset IPSRS
6. Kerusakan AC Gudang Farmasi
7. Speaker di Hall Andalusia
8. Lift
9. Genset
10. Grounding Lab
11. Alkes
12. Flowmeter Air Bersih di Rooftop
13. Lampu di Area IGD dan Poli

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL

: KAMIS / 09 OKTOBER 2025

PUKUL

: 14.00 – SELESAI

JENIS MEETING

: KOORDINASI IPSRS

TEMPAT

: RUANG IPSRS

Link Presensi Rapat IPSRS 09 Oktober 2025

<https://rsphskr.disaprimamedika.site/hadir/12164>



RSPHSKR

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO, DESA LEMAHBANG KEC. SUKOREJO

KAB. PASURUAN

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Daftar Hadir  
RAPAT OKTOBER - IPSRS

Tempat

: IPSRS

Tanggal dan

Jam

Date Time

: Kamis, 2025-10-09 14:00:00

: Thu, 2025-10-09 14:00:00

| NO | NAMA                          | UNIT KERJA                     | JABATAN      | TANDATANGAN                                                                           |                                                                                       |
|----|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Arindha Rahma Putri,<br>S.Psi |                                | administrasi |  |                                                                                       |
| 2  | Suliyanto, Amd. Tekmed.       | RS Prima Husada<br>Sukorejo    | ATEM         |                                                                                       |  |
| 3  | Saifuddin                     | RS Prima Husada<br>Sukorejo    | IPSRS        |  |                                                                                       |
| 4  | Zainul Azhari                 | RS Prima Husada<br>Sukorejo    | IPSRS        |                                                                                       |  |
| 5  | Wulandari                     | RS PRIMA<br>HUSADA<br>SUKOREJO | Kabid Umum   |  |                                                                                       |
| 6  | RESTU KURNIAWATI,<br>S.KM     | Komite K3RS                    | PESERTA      |                                                                                       |  |
| 7  | Farid Saifudin                | IPSRS                          | PESERTA      |  |                                                                                       |
| 8  | Bella altika sari, S.Si       | Gudanb umum                    | PESERTA      |                                                                                       |  |
| 9  | mukhamad anang ma'ruf         | ipsrs                          | staff        |  |                                                                                       |

## NOTULENSI

HARI / TANGGAL : KAMIS/ 09 OKTOBER 2025  
 PUKUL : 14.00 – SELESAI  
 JENIS MEETING : KOORDINASI IPSRS  
 TEMPAT : RUANG IPSRS

Berikut hasil notulen :

| No | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>Pokok Bahasan :</b><br/>Kredensial BPJS Kesehatan</p> <p><b>Masalah :</b><br/>1. Belum ada update dan lampiran nomor izin BAPETEN di Self Assesment</p> <p><b>Keterangan : -</b></p> <p><b>PIC : IPSRS Medis / ATEM</b></p> <p><b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br/>           1. Update pemberkasan di tanggal 10 Oktober 2025 untuk <i>Self Assesment</i><br/>           2. Kredensial BPJS Online akan dilaksanakan di tanggal 20 Oktober 2025<br/>           3. Melakukan penyesuaian kondisi lapangan dengan file yang diserahkan ke BPJS Kesehatan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | <p><b>Pokok Bahasan :</b><br/>Kerusakan Pompa Dishwasher Pantry</p> <p><b>Masalah :</b><br/>Kerusakan pompa dishwasher pantry pada 09 Oktober 2025 pagi hari sehingga staf <i>pantry</i> melakukan pencucian alat dengan cara manual</p> <p><b>Keterangan : -</b></p> <p><b>PIC : IPSRS Non Medis</b></p> <p><b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br/>           1. Melakukan pengajuan baru untuk mesin dishwasher pantry<br/>           2. Melakukan penggulungan kembali pompa mesin <i>dishwasher pantry</i> untuk dibuat stok ketika terjadi kerusakan pompa kembali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | <p><b>Pokok Bahasan :</b><br/>Kerusakan CT-Scan</p> <p><b>Masalah :</b><br/>           1. Kerusakan CT-Scan menyebabkan alat belum bisa dilakukan kalibrasi alkes<br/>           2. Sparepart belum datang<br/>           3. Belum ada historical kerusakan yang adekuat</p> <p><b>Keterangan : -</b></p> <p><b>PIC : IPSRS Medis /ATEM</b></p> <p><b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br/>           1. Melampirkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PHM untuk bukti kredensial.<br/>           2. Menulis dilampiran kredensial bahwa alkes masih dalam proses perbaikan.<br/>           3. Sparepart masih menunggu import dari Luar Negeri (membutuhkan proses waktu yang lebih lama).<br/>           4. Jadwal pemeliharaan dan perbaikan ditarget untuk dilakukan kenaikan.<br/>           5. Historical perbaikan tetap ditulis, khususnya alat-alat dari BAPETEN.</p> |
| 4. | <p><b>Pokok Bahasan :</b><br/>Pemasangan lampu PJU di dekat jalan raya di RS dan lampu di parkir</p> <p><b>Masalah :</b><br/>           1. Kesulitan dalam penanganan/medan untuk pemasangan lampu didekat selokan dan jalan raya di RS<br/>           2. Banyak area parkir yang masih redup</p> <p><b>Keterangan : -</b></p> <p><b>PIC : IPSRS Non Medis</b></p> <p><b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br/>           1. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dan dilakukan dalam kondisi yang tidak crowded pasien.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No  | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 2. Instruksi dr.Sadi untuk dilakukan penambahan titik lampu di area yang remang-remang di parkiran umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.  | <b>Pokok Bahasan :</b><br>Pengajuan tangga 6 meter untuk pembersihan AC casset IPSRS<br><b>Masalah :</b><br>Oleh Komisaris PT tidak di acc dan diinstruksikan untuk bergantian dengan PHM dan MS.<br><b>Keterangan : -</b><br><b>PIC : Pengadaan RS</b><br><b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br>Pengajuan ulang ke Pengadaan PT DPM oleh Pengadaan RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.  | <b>Pokok Bahasan :</b><br>Kerusakan AC Gudang Farmasi<br><b>Masalah :</b><br>AC Gudang Farmasi dengan kerusakan kompressor AC<br><b>Keterangan : -</b><br><b>PIC : IPSRS Non Medis</b><br><b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br>Lihat kapasitas dan spesifikasi dari AC Gudang Farmasi, sesuaikan dengan stok yang tersedia di RSDH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | <b>Pokok Bahasan :</b><br>Speaker di Hall Andalusia<br><b>Masalah :</b><br>Suara speaker di andalusia tidak jernih / kemresek.<br><b>Keterangan : -</b><br><b>PIC : IPSRS Non Medis</b><br><b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br>Jadwalkan untuk dilakukan perbaikan dan setting ulang oleh tim IPSRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.  | <b>Pokok Bahasan :</b><br>Lift<br><b>Masalah :</b><br>1. Komisaris PT sempat terjebak di lift PHM<br>2. Tombol telp darurat lift berbunyi di rooftop atas (kurang efektif ketika terjadi kegagalan sistem di lift)<br><b>Keterangan : -</b><br><b>PIC : IPSRS Non Medis</b><br><b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br>1. Lakukan pengecekan dan koordinasi vendor ketika vendor selesai melakukan maintenance setiap bulannya, sehingga kejadian lift mengalami kerusakan atau kendala dapat dicegah atau diminimalisir.<br>2. Tanyakan ke pillar terkait dengan kekuatan kabel dan kebutuhan kabel apabila telp darurat yang di rooftop dipindah ke CSO atau security. |
| 9.  | <b>Pokok Bahasan :</b><br>Genset<br><b>Masalah :</b><br>Belum dilakukan instal listrik terkait dengan genset baru 1000 KVA.<br><b>Keterangan : -</b><br><b>PIC : IPSRS Non Medis</b><br><b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br>Informasi terakhir dari dr Sadi, genset baru 1000 KVA akan dilakukan instalasi oleh Pak Lambang ketika ada rencana dalam waktu dekat genset 500 KVA akan dipindah ke RSPHM/RSDH.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. | <b>Pokok Bahasan :</b><br>Grounding Lab<br><b>Masalah :</b><br>Grounding lab melebihi dari nilai yang diajukan vendor yaitu <4 Ohm.<br><b>Keterangan : -</b><br><b>PIC : IPSRS Non Medis dan Medis (ATEM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No  | Penjelasan                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br>Stop kontak dan kabel masih sp permintaan untuk kebutuhan perubahan grounding, dan grounding tester masih dipinjam Pak Lambang. |
| 11. | <b>Pokok Bahasan :</b><br>Alkes                                                                                                                                   |
|     | <b>Masalah :</b><br>Belum ada UPS di alkes yang prioritas                                                                                                         |
|     | <b>Keterangan : -</b>                                                                                                                                             |
|     | <b>PIC : IPSRS Medis (ATEM)</b>                                                                                                                                   |
|     | <b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br>Segera ajukan pengajuan UPS untuk Alkes yang penting.                                                                           |
| 12. | <b>Pokok Bahasan :</b><br>Flowmeter Air Bersih di Rooftop                                                                                                         |
|     | <b>Masalah :</b><br>Pengecekan debit air bersih masih manual                                                                                                      |
|     | <b>Keterangan : -</b>                                                                                                                                             |
|     | <b>PIC : IPSRS Non Medis</b>                                                                                                                                      |
|     | <b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br>Pemasangan kamera untuk memantau debit air bersih setiap harinya.                                                               |
| 13. | <b>Pokok Bahasan :</b><br>Lampu di area IGD dan Poli                                                                                                              |
|     | <b>Masalah :</b><br>1. Banyak lampu terdiri dari 1 saklar yang mana tidak efektif dan efisien                                                                     |
|     | <b>Keterangan : -</b>                                                                                                                                             |
|     | <b>PIC : IPSRS Non Medis</b>                                                                                                                                      |
|     | <b>Rencana Tindak Lanjut :</b><br>1. Penambahan saklar pada titik di area IGD dan Poli secara selang-seling                                                       |

Pasuruan, 09 Oktober 2025

Kepala IPSRS,

Notulis



(Sulyanto, Amd.Tekmed)



(Restu Kurniawati)

Mengetahui,  
PLT Direktur RS Prima Husada Sukorejo




Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep



DOKUMENTASI





**Rapat Koordinasi IPSRS 09 Oktober 2025**