



FORM KELUHAN ALAT KESEHATAN SUBSTANDAR

Hari/Tanggal :

kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Rizky Dwi Ramadhani, Aini Nur Rokma

2. Unit : Kamar Operasi, Intalasi Gawat Darurat

Dengan ini melaporkan hasil penggunaan alat kesehatan :

No	Nama Barang	Merk (Batch dan ED)	Hasil Penggunaan
1	Blood tranfusion set Y tube- stera- onemed	-	Untuk penggunaan operasi urologi dg tindakan turp, bllood tranfusion tdk bisa di gunakan di karenakan ujung selang tdk pas jika di masukan ke kateter yg di buat untuk irigasi .
2	Blood tranfusion set Y tube- stera- onemed	-	pada pasien IGD yang mendapatkan tindakan pungsi, bloodset tidak bisa digunakan karena tidak dapat tersambung ke urine bag.

Tanggapan PLT Kabid Pelayanan Medis :

1. Evaluasi Bloodset saat digunakan transfusi darah
2. Untuk kasus / tindakan tertentu yg menggunakan Bloodset seperti TURP/B, punksi, mohon disediakan Blood yg sesuai seperti sebelumnya

Sesuai dengan pelaporan penggunaan barang tersebut kami mohon ditindaklanjuti. Demikianlah pelaporan kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Sukorejo, 10-11-2025

User Pengguna,




Aini Nur Rokma

User Pengguna,




Mengetahui,

Kepala Bidang Pelayanan Medis,



Fatma 12/11/25

Kepala Instalasi Farmasi,


CA 10/11/25

Menyetujui,

Direktur RS Prima Husada Sukorejo,


Hani Indri W S.Kep.Ns,M.Kep



DOKUMENTASI

