

BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 1037.1 / RSPHS / 1 - PAC / GRUP / XII / 2023

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 09 Bulan Desember Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Power Inverter
Merk/Type Alat	:	1. Visero / 1000 W
Ruang/Unit	:	Ambulance Traga N 8953 EU
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Inverter kondisi rusak tidak bisa di gunakan
Analisa	:	1. Inverter kondisi rusak bisa di sebabkan karena lamanya pemakaian dan mengakibatkan komponen ada yang terbakar. 2. Inverter kondisi rusak bisa di sebabkan karena masa pakai alat yang dari pembelian tahun 2020,sehingga mengakibatkan komponen melemah.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 09 Desemeber 2025

Teknisi	PLT.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	PLT Direktur RSPHS
				
(Sulyanto Amd TekMed)	(Wulandari)	(Siska Puspitasari, S Kep NS)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)



DOKUMENTASI



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR : 1037/RSPTS/1-PM/DAUP/XII/2025

Tanggal	09 Desember 2025				
Pengajuan Dari Unit*	Ambulance				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian inverter yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Inverter ac to dc	1 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Inverter untuk kelengkapan ambulance			
3.	Penempatan alat**	1. Mobil Ambulance <i>Traga N 8983 EU</i>			
4.	Merk/Tipe**	1. Visero / 1000 W			
5.	Spesifikasi**	1. Visero / 1000 W			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
					
(Pangkei H.M.)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida,S.Kep.,NS)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

