



FORM KELUHAN ALAT KESEHATAN SUBSTANDAR

Hari/ Tanggal

: Rabu, 24-12-2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : lin Widowati, Str. Keb

2. Unit : Poli Kandungan

Dengan ini melaporkan hasil penggunaan alat kesehatan :

No	Nama Barang	Merk (Batch dan ED)	Hasil Penggunaan
1.	Plester anti air	Dermafix 10x25 cm (warna orens) LOT. 01092588 EXP. AUG 2030 08.09	tedapat luka melepuh disekitar plester, menghitam dan keluar cairan


Tanggapan PLT Kabid Pelayanan Medis :

Saran kembali ke plester yang semula sebelum ganti merk, karena mengingat banyaknya kasus kulit pasien lecet menggunakan merk ini (ada 6) dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka dan menimbulkan luka baru.

Sesuai dengan pelaporan penggunaan barang tersebut kami mohon ditindaklanjuti. Demikianlah pelaporan kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Sukorejo, 24-12-2025

User Pengguna,



lin Widowati, Str. Keb

Mengetahui,

Kepala Bidang Pelayanan Medis,

24/12/25



Sisca Puspitasari, S.Kep.,Ns

Kepala Instalasi Farmasi,



Laili Choirul Umma, S.Farm, Apt

Menyetujui,

Direktur RS Prima Husada Sukorejo,


PRIMA HUSADA
SUKOREJO

Heni Indra Wulansari, S.Kep, Ns, M.Kep



DOKUMENTASI

