



I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Adinda Riza Febrianti, Amd.Kes
2	Kejadian	Kerusakan layar USG Radiologi
3	Unit Kerja yang terlibat	Instalasi Radiologi
4	Tanggal Kejadian	02/01/2026

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
31/12/2025	15.30	Petugas Khusnul mematikan alat USG setelah dokter Radiologi sore (dr.Dani, Sp.Rad) selesai praktek	Khusnul
	21.50	Khusnul operan dengan Dandi dan alat dalam kondisi baik semua	Khusnul
01/01/2026	07.00	Operan shift pagi, USG kondisi tidak dihidupkan karena tidak ada pemeriksaan (dokter Radiologi libur)	Dandi
	14.00	Operan shift siang, USG tidak dihidupkan karena tidak ada pemeriksaan (dokter Radiologi libur)	Dyah Khusnul
	21.00	Operan shift Malam, USG tidak dihidupkan karena tidak ada pemeriksaan dan dokter Radiologi libur	Nanda
02/01/2026	07.15	Petugas Nanda akan menghidupkan alat USG, saat dihidupkan layar monitor USG mengalami kerusakan	Nanda
	07.20	Petugas Nanda menghubungi petugas ATEM pak Suli, menginfokan terkait kerusakan layar monitor USG Petugas ATEM pak Suli libur jadi alat dicek hari Sabtu	Nanda
03/01/2026	07.30	Petugas ATEM Pak Suli mengecek alat USG Radiologi, didapatkan LCD monitor rusak	Suli

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Kerusakan terjadi karena benturan benda keras sehingga mengakibatkan LCD pecah

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Alat tidak bisa digunakan sehingga meminjam ke unit lain

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Instalasi Radiologi	<i>Sul. shift wj.b. ah</i>	<i>dr. Suharto, Sp. Rad</i>
Kabid Pelayanan Medik	<i>Alat wajib dicek sebelum dan sesudah digunakan. Tangg. perlu dilakukan foto / video</i>	<i>5/21 y</i>
Kabid Penunjang Medik	<i>Supervisi alat wajib dilakukan meskipun kondisi alat dalam keadaan tidak optimal</i>	<i>AS</i>
Kabid Umum	<i>- Supervisi alat dilakukan setiap hari - Saat handover semua alat wajib dilakukan</i>	<i>[Signature]</i>



SDM	Lakukan pengecekan semua alkes setiap pagi akan melakukan operan setiap shift untuk memastikan kebersihan dalam keadaan baik.	
-----	---	---

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SUKOREJO

Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep

Pembuat Kronologi



(Adinda Riza Febrianti, Amd.Kes)

Catatan Direktur : _____

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 010/RPHU/1- BAC / RAD / 1 / 2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 02 Januari 2026 dengan data sebagai berikut :


Nama Barang	:	USG
Merk/Type Alat	:	GE Versana Essensial / GE Versana Essensial
Ruang/Unit	:	Radiologi / Radiologi
Jumlah	:	1 pcs
Keiuan/Kendaia	:	LCD USG pecan
Analisa	:	LCD USG pecah
Perbaikan	:	LCD USG pecah bisa disebabkan karena benturan benda keras.sehingga mengakibatkan LCD pecah.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 02 Januari 2026

ATEM,	Kabid Umum dan Keuangan,	Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
				
(Sulyanto, Amd.Tekmed)	(Wilandari)	(Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)




DOKUMENTASI



LCD USG

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR: 010.1/PSPHU/1-PM/PAD/1/2026

Tanggal	05/01/2026				
Pengajuan Dari Unit*	Radiologi				
Alasan Pengajuan	Mengganti alat USG Radiologi yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Alat USG	1	1	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Untuk melihat, menilai, memantau kondisi organ tubuh bagian dalam			
3.	Penempatan alat**	Radiologi			
4.	Merk/Tipe**	Mindray/ Consona N8 Expert			
5.	Spesifikasi**	2D Convex 2D Linear B/W Printer Sony UPS ICA/Easy UPS			
Yang Mengajukan	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum	Menyetujui Direktur	
					
dr.Suharto, Sp.Rad	Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep	Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep.	Wulandari	Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI PIt DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

*catatan barang yang diajukan di cek dulu apakah di SIMRS Pengajuan barang ada atau tidak, jika ada langsung diajukan melalui SIMRS



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

