



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 024/RSPHS/1-BAC/PAD/1/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. CT Scan
Merk/Type Alat	:	1. Philips / Access CT
Ruang/Unit	:	Radiologi
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Ct Scan Kondisi Layar muncul Notifikasi Unknown Hard error dan layar Blue Screen.
Analisa	:	1 Setelah di lakukan pengecekan terdapat kerusakan pada software,dan harus install ulang.kerusakan bisa terjadi karena kerusakan data file system,bisa juga Ketidak stabilan system operasi,kerusakan hard disk,pembaharuan yang gagal,konflik software/Driver.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 12 – 1 - 2025

Teknisi	PLT. Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
		13/26		
(Sulyanto AmdTekMed)	(Wulandari)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)





DOKUMENTASI





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR : 024.11/RS-PTS/1-BM/PAD/1/2026

Tanggal	12 Januari 2026				
Pengajuan Dari Unit*	IPSR				
Alasan Pengajuan	Untuk Instal Ulang Software CT Scan				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Pengajuan Instal Software CtTScan	1 Unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Software Ct Scan Untuk operator ct scan.			
3.	Penempatan alat**	1. Komputer CT Scan			
4.	Merk/Tipe**	1. Philips / Acces CT			
5.	Spesifikasi**	1. Philips / Acces CT			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur RSPHS	
 (Sul. Yanti)	 (Wulandari)	 (Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	 (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	 (Ns. Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					