



BERITA ACARA TELAAH ALAT
NOMOR : 013/RSPHS/I-BAC/IKO/I/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada tanggal 22 Desember 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Meja Operasi
Merk/Type Alat	:	Model 3008C Manual
Ruang/Unit	:	1. IKO
Jumlah	:	1 (satu)
Keluhan/Kendala	:	1. Meja Operasi Hidraulik tidak bisa naik
Analisa	:	- Meja Operasi dalam kondisi tidak bisa naik di karenakan hidraulik dalam kondisi bocor.
Perbaikan	:	1. Setelah di lakukan pengecekan Hidraulik dalam kondisi bocor dan olie keluar saat hudraulik di injak. Perbaikan selanjut nya ke Vendor Untuk di lakukan penggantian Hidraulik / Perbaikan Hidraulik nya. <i>Alat mulai ada tahun 2018, Penempatan di OK I</i>
Tanggapan Rumah Sakit	:	<i>Dalam 1 hari operasi 10-15 kali, Satu bulan > 300x</i>

Demikian berita acara telah barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 22 Desember 2025

Karu IPSRS,	Kabid Umum dan Keuangan,	PLT Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
				
(Suliyanto, Amd Tek Med.)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Ns. Heni Indra W, S.Kep, M. Kep)




DOKUMENTASI





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 013.1/RSPHS/I-PM/IKO/I/2026

Tanggal	08 Januari 2026				
Pengajuan Dari Unit*	IKO				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Alat Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Meja Operasi	1	-	Rusak
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Digunakan untuk melakukan operasi.			
3.	Penempatan alat**	1. IKO			
4.	Merk/Tipe**	1. Mindray			
5.	Spesifikasi**	1. HyBase 3000			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
					
(Risky Dwi Ramadhani, Amd. Kep)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Ns.Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Ns. Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
- pemakaian meja operasi yang pertama sudah 7 tahun dengan pemakaian rata-rata 360x per bulan. - diperlukan pembelian baru.					 Hisa.
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

