



BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 030/RSPHS/1-BAC/IKO11/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Kamera URS 2. Konektor Irigasi urologi
Merk/Type Alat	:	1. Tontara / Tono 601-110-20-M 2. Lot Op 05 (Bukan seagra)
Ruang/Unit	:	IKO
Jumlah	:	1. 1 Unit 2. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kamera URS kondisi gelap 2. Konektor irigasi kondisi dol
Analisa	:	1 Kamera urs kondisi gelap bisa di sebabkan karena seringnya pemakaian dan masa pakai alat yang cukup lama Kurang Lebih 3 Tahun. 2 Konektor irigasi dol bisa di sebabkan karena seringnya di putar saat di pakai.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 12 – 1 - 2025

Teknisi	DET Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
		15/26. 		
(Sulyanto AmdTekMed)	(Wulandari)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1067/RSPHS/I-PM/IKO/XII/2025

Tanggal	20 Desember 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IKO				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Alat Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Alat urs	1 Unit	1	Kamera sudah buram dan gelap
	2.	Konektor irigasi urologi (Butuh segera dipenuhi)	1 Unit	0	Sering dol waktu di pakai
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Digunakan untuk melakukan operasi urologi. 2. Konektor irigasi air urologi.			
3.	Penempatan alat**	1. IKO			
4.	Merk/Tipe**	1. Tontarra 2. Tontarra			
5.	Spesifikasi**	1. Tono/601-110-20-M 2. Lot op 05			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (Risky Dwi Ramadhani, Amd. Kep)	 (Wulandari)	 (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	 (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	 (Ns. Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
Analisa pemakaian Tontarra Tono . 601 -110 -20 M					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

