



BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 053 / RSPHS / 3- BAC / IPSRS / 1 / 2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 26 Bulan Januari Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Doppler
Merk/Type Alat	:	1. OneMed
Ruang/Unit	:	Maternitas
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Doppler dalam keadaan mati tidak mendetek.
Analisa	:	1. Setelah di lakukan pembongkaran doppler tidak bisa mendetek suara,yang di sebabkan oleh komponen dalam doppler / board nya tidak bisa / rusak.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	- penggunaan dalam sehari berapa kali ? - pembelian di tahun berapa ? - kerusakan hd kapan ?


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan,26 – 1 - 2025

Teknisi	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
 (Sulyanto AmdTekMed)	 (Wulandari)	 (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	 (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)





DOKUMENTASI





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR: 057/RSPHS/I-PM/Maternitas/II/2026

Tanggal	27 Januari 2026		
Pengajuan Dari Unit*	MATERNITAS		
Alasan Pengajuan	Ada tetapi rusak		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
No	Nama Alat	Jumlah	
1.	Dopler LT-800+ (Lotus)		
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Untuk pemeriksaan ibu hamil mendengarkan denyut jantung janin dalam kandungan.	
3.	Penempatan alat**	Maternitas	
4.	Merk/Tipe**	LT-800+ (Lotus)	
5.	Spesifikasi**	Menyesuaikan	
Yang Mengajukan (PJ Pengadaan Maternitas)	Kabid Yanmed	Kabid Jangmed	Direktur RS
			
Ninis Indrawati, S.Tr.Keb	Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep	Ns. Nur Lilatul Frida, S.Kep	Heni Indra Wulandari S.Kep., Ns. M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			
- Pemakaian Dopler per hari ± 4 jam. Dengan hitungan per pasien lama pemakaian ± 2 menit. (untuk rawat inap) dan 1 jam untuk persalinan.			
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN DOKUMENTASI





Data Penggunaan Dopler

Waktu	Jumlah
1 hari	1. Pasien rawat inap = 10-15 pasien per pasien 1 menit x 15 pasien x 3 sift = 45 menit 2. Pasien persalinan = 3 pasien Perpasien 1 jam x 3 pasien =3 jam