

FORM KELUHAN ALAT KESEHATAN SUBSTANDART

Hari/Tanggal : Senin / 02 Februari 2026
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : dr Djanuar Sp. B
- Unit : IKO

Dengan ini melaporkan hasil penggunaan alat kesehatan :

No	Nama Barang	Merk (Batch dan ED)	Hasil Penggunaan
1	PIDILINE Polypropilene	PPL03RPN24C075 	1. Jarum cating tumpul kurang tajam 2. Benang gampang putus waktu nyimpul, dan saat di tarik  
Tanggapan PLT Kabid Pelayanan Medis : - Benang lebih lembut / tipis dibanding dengan merk yang lama. Perbandingan op penggunaan dalam selang 10, yang paku 6. Terlebih saat mengait yang lebih kuat dan keda! - Soran garut dengan merk yang awal sebelum diganti			

Sesuai dengan pelaporan penggunaan barang tersebut kami mohon ditindaklanjuti.
Demikianlah pelaporan kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Sukorejo, 02 Februari 2026
User Penquna



Dr. Djanuar Sp.B

Mengetahui,

Kepala Bidang Pelayanan Medis



Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep

Kepala Instalasi Farmasi



Apt. Laili Choirul Umma, S.Farm

Menyetujui,

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep