

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 122/RSPHS/1-BAC/NEOMA/11/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :



Nama Barang	:	1. Lampu Foto Teraphy
Merk/Type Alat	:	1. GEA / XH290
Ruang/Unit	:	Perinatologi
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Lampu Foto teraphy mati 3
Analisa	:	1. Lampu kondisi mati karena masa pakai yang sudah lama lebih dari 3 tahun. 2. Lampu harus di ganti 5 pcs
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan,12 – 02 - 2025

Teknisi  (Sulyanto AmdTekMed)	PLT.Kabid Umum dan Keuangan  (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis  (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	Direktur RSPHS  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
--	---	--	--	--

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 122.1 / RSPTS / 1 - PM / NEDNA / 11 / 2025

Tanggal	12 Februari 2026				
Pengajuan Dari Unit*	IPSR				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Lampu yang mati				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Lampu UV Untuk Teraphy	5 Pcs	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Lampu UV untuk Foto teraphy			
3.	Penempatan alat**	1. Lampu UV Foto teraphy di perinatologi			
4.	Merk/Tipe**	1. GEA / XH290			
5.	Spesifikasi**	1. GEA / XH290			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui PLT Direktur	
					
(Sulyanto Amd TekMed)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Ns.Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI

