



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 139/RSPHS/I-PM/MP/II/2026

Tanggal	22-2-2026			
Pengajuan Dari Unit*	Pelayanan			
Alasan Pengajuan	Pengadaan baru			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit
	1.	Dermatoscope	1	0
	2.	Pelvic C- Clamp (Klem C panggul)	1	0
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Berfungsi memperbesar (hingga 10-30x) dan menerangi struktur kulit, kuku, atau rambut untuk mendiagnosis lesi, tahi lalat, dan penyakit kulit secara non-invasif. Alat ini krusial untuk membedakan lesi jinak dari kanker kulit (melanoma) dan mendeteksi kondisi seperti skabies atau infeksi. 2. Satbilisasi darurat, mengontrol perdarahan, mengurangi pergeseran tulang (reduction), bisa memungkinkan Tindakan medis lain, kompatibilitas dengan pemindaian CT		
3.	Penempatan alat**	1. Rawat Jalan 2. Kamar Operasi		
4.	Merk/Tipe**	1. Dermatoscope : Heine Delta 30 2. Tidak ada tipe khusus		
5.	Spesifikasi**	1. Dermatoscope a. Bidang Pandang (FOV): Riil 30 mm (lensa 32 mm). b. Perbesaran: 10x. c. Pencahaya: LEDHQ dengan 3 tingkat kecerahan, polarisasi. d. Fitur: Desain miring (angled) ergonomis, toggle (beralih antara terpolarisasi/non-terpolarisasi). e. Dokumentasi: Kompatibel dengan iPhone (aplikasi HEINE DERM) dan sistem HEINE Cube. f. Baterai: Li-ion, tanpa efek memori, pengisian daya USB-C. g. Dimensi: 195 x 55 x 70 mm.		
Yang Mengajukan	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum	Menyetujui Direktur
 (Sisca P.)	 Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep	 Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep.	 Wulandari	 Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				
Segera diproses untuk memenuhi pelayanan dan pemenuhan kompetensi RS.				
TANGGAPAN DARI PK DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

