



BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 150/RSPHS/ I- BAC/ IPSRS/ 11 / 2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada Tanggal 25 Bulan Februari Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Syringe Pump
Merk/Type Alat	:	1. Mindray / Benefutions Sp3
Ruang/Unit	:	Hemodialisa
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Syringe Pump tidak bisa aktif batrey tidak bisa di cass.
Analisa	:	1 Setelah di lakukan pengecekan terdapat kerusakan pada Batrey tidak bisa di cass sehingga syringe pump tidak bisa di gunakan dan Batrey harus di ganti baru. (Syringe pump merk mindray / Benefutions Sp3 dari tahun 2024).
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	Koordinasi dengan pengadaan farmasi PT untuk konfirmasi ke vendor apakah bisa digaransi



Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 25 - 02 - 2026

Teknisi	PLT Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
 (Sulyanto AmdTekMed)	 (Wulandari)	 (Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	 (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	 (Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 150.1 / PSHS / 1 - PM / IPS RS / 11 / 2026

Tanggal	25 Februari 2026				
Pengajuan Dari Unit*	IPSR				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Batrey syringe Pump yang low tidak bisa di cass.				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Batrey	2 Unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Batrey syringe pump untuk mengaktifkan syringe pump jika aliran listrik mati sewaktu waktu.			
3.	Penempatan alat**	1. Batrey di syringe Pump punya Hemodialisa			
4.	Merk/Tipe**	1. Mindray / Benefutions Sp3			
5.	Spesifikasi**	1. Batrey " 7.2 V, 18.72 wh , 2600 mAh.			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui PLT Direktur	
					
(Sulyanto Amd TekMed)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI

