

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : —

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 06 Bulan Maret Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :


Nama Barang	:	Lampu X Ray Convensional
Merk/Type Alat	:	Tosibha
Ruang/Unit	:	Radiologi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Lampu X Ray Convensional dalam kondisi mati
Analisa	:	Setelah di lakukan pengecekan terdapat kerusakn pada piting lampunya,yang mengakibatkan lampu mati dan piting harus di ganti baru.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan,06 – 03 - 2025

Teknisi  (Sulyanto AmdTekMed)	PLT. Kabid Umum dan Keuangan  (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis  (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	Direktur RSPHS  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
--	--	--	---	---

DOKUMENTASI



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 178/PSPHS/1-PM/PAD/III/2026

Tanggal	06 Maret 2026				
Pengajuan Dari Unit*	Radiologi Konvensional				
Alasan Pengajuan	Untuk penggantian spare part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Fiting lampu X ray Convensional	5 Pcs	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Fiting lampu untuk tempat lampu yang menyinari focus nya x ray ke sasaran / pasien.			
3.	Penempatan alat**	1. Fiting Lampu ada di kolimator x ray convensional			
4.	Merk/Tipe**	1. Fiting Lampu Halogen MR 16 Model italy Bulat segi F 2025.			
5.	Spesifikasi**	1. Fiting Lampu Halogen MR 16 Model italy Bulat segi F 2025.			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui PLT Direktur	
					
(Adinda Riza Febrianti Amd Kes)					(Wulandari)
					(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)
					(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)
					(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

Dokumentasi

FITTING HALOGEN MR16 MERAH BULAT

