



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 976/I-PNJ/IPSR/VII/2024

Tanggal	17 Juli 2024			
Pengajuan Dari Unit*	IPSR			
Alasan Pengajuan	Penggantian Rusak CPU HP Z840 (Support To CIRS CT - Scan)			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	CPU HP Z840 (Support To Philips CIRSG5 CT – Scan)	1 unit	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Untuk merekon data hasil scanning		
3.	Penempatan alat**	CT - Scan		
4.	Merk/Tipe**	CPU HP Z840 (Support To Philips CIRSG5 CT – Scan)		
5.	Spesifikasi**	CPU HP Z840 (Support To Philips CIRSG5 CT – Scan)		
Yang Mengajukan PLT Ka IPSRS	PLT Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kabid Umum dan Keuangan	PLT Direktur RS
Moch Arifin	dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 17, 7, 2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Radiologi

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	CT - Scan CPU CIRS.	Kode Inventaris Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	: Hp. Z890 : CIRS65 : 2UAG233HKX. : Hitam.

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 2.	windows gagal booting, hard disk. "failed", blue screen error.
Spare part yang rusak	CPU CIRS.	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (.....) Ka. Unit Radiologi	 (.....) Petugas Alat Elektromedis.	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.



LAMPIRAN FOTO

CPU HP Z840 (Support To Philips CIRSG5 CT – Scan)

