



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 10671-PNJ/PSRS/VIII/2024

Tanggal	12 Agustus 2024			
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs			
Alasan Pengajuan	1. Penambahan Part Baru (Penggantian UPS Rusak 1 Unit dan Penambahan UPS 1 Unit Poli Rehab Medik). 2. Penambahan Part Saluran Mic CSO BPJS. 3. Penggantian lampu ruang perawatan ICU yang kurang terang (Kredensial BPJS). 4. Penggantian Citoject Rusak Poli Gigi 1.			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	UPS Prolink PRO1201SFCU	2 unit	
	2.	T AKAI Stereo - Sambungan Plastik 2 Lubang Soket MIC Ke 1 Jack AKAI	2 unit	
	3.	Lampu Downlight Philips 17 Watt	20 pcs	
	4.	Citoject Medesy Otomatis Anestesi Dental	1 unit	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Dapat memberikan energi listrik sementara ketika terjadi kegagalan daya pada listrik utama. 2. Konektor kabel T-tap digunakan untuk menyambung kabel. 3. Untuk menerangi area secara merata sehingga cahaya tersebar ke seluruh ruangan. 4. untuk proses anestesi atau pembiusan pada gigi.		
3.	Penempatan alat**	1. Poli Rehab Medik 2. CSO BPJS 3. Ruang Perawatan ICU 4. Poli Gigi 1		
4.	Merk/Tipe**	1. Prolink / UPS Prolink PRO1201SFCU 2. AKAI / T AKAI Stereo - Sambungan Plastik 2 Lubang Soket MIC Ke 1 Jack AKAI 3. Philips / Lampu Downlight Philips 17 Watt 4. Medesy / Citoject Medesy Otomatis Anestesi Dental		
5.	Spesifikasi**	1. Prolink / UPS Prolink PRO1201SFCU a) Model: Prolink Line Interaktif b) Code: PRO1201SFCU c) Capacity 1200VA d) Watt: 600 e) Dimension (mm) f) 320 x 130 x 182 (W x D x H) g) Weight (kg) 8.2 2. AKAI / T AKAI Stereo - Sambungan Plastik 2 Lubang Soket MIC Ke 1 Jack AKAI Sambungan 2 cover Akai to 1 Jack Akai Stereo (T Akai Stereo) biasa digunakan untuk Sound System dan Headphone. 3. Philips / Lampu Downlight Philips 17 Watt a) Design and finishing b) Material: Synthetics c) ColorMaterial: Putih d) Power: 17W e) Lumen: 1300lm (6500K) f) Diameter: 150mm g) Koneksi: flying wire h) Umur: hingga 15.000 jam i) CRI80 j) IP20 k) 220-240V ~ 50-60 Hz 4. Medesy / Citoject Medesy Otomatis Anestesi Dental		
Yang Mengajukan PLT Ka IPSRS	PLT Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kabid Umum dan Keuangan	PLT Direktur RS
 Moch Arifin	 dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	 Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	 dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap

LAMPIRAN FOTO

UPS Prolink PRO1201SFCU




T AKAI Stereo - Sambungan Plastik 2 Lubang Soket MIC Ke 1 Jack AKAI



Lampu Downlight Philips 17 Watt



Citoject Medesy Otomatis Anestesi Dental





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 12/08/2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Rehabmedik.

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan


No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	PSU alat SWD.	Kode Inventaris	:
		Merk	: Trident.
		Type	:
		Nomor Seri	:
		Warna	:
		Lain – lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 12/08/2024 2. 12.00 WIB	baterai drop.
Spare part yang rusak	: PSU	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui	
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Ka. Unit	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid
(.....)	Elektronik		Rehabmedik
			Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.





FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 12 / 8 / 2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Poli Gigi 1

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Citoject	Kode Inventaris	:
		Merk	: medesy
		Type	: VIII 16041
		Nomor Seri	: -
		Warna	: hitam
		Lain - lain	: -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 12/08/2024 2. 12.00. WIB	pendorong ampul rusak. (pegas minng).
Spare part yang rusak	: Citoject	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
(.....) Ka. Unit IPJA	(.....) Petugas Alat Elektromedis	(.....) Ka. IPSRS	(.....) Kabid
			(.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

