

Malang, 08 Oktober 2024

Nomor : 1257/I-PM/DIR/X/2024
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Pengecekan Inframerah Pihak Ke - 3

Kepada Yth
Ibu Endang Susilowati
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya kerusakan lampu inframerah pada alat CT-Scan, maka kami mengajukan untuk pengecekan ke pihak ke - 3 yaitu PT. Philips Indonesia Commercial (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan perbaiki, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Penunjang Medis
2. PLT Kabid Pelayanan Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Pengadaan Farmasi PT. Disa Prima Medika
5. Ka Ins IPSRS
6. Ka Ins Radiologi



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT



Tanggal Pengaduan : 8 / 10 / 2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Radiologi

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	CT - Scan	Kode Inventaris	:
		Merk	: Philips
		Type	:
		Nomor Seri	:
		Warna	: putih
		Lain - lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 2.	Lampu Infrared 4/ pengukuran bidang diagonal mati (1) * perlu diajukan pengecekan lanjutan
Spare part yang rusak	: Lampu Infrared.	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Bintang.....) Ka. Unit Radiologi	 (Salma Cita P.....) Petugas Alat Elektromedis	 (Nur Arifin.....) Ka. IPSRS	 (Rumi Indani P.S.....) Kabid Perunggun Medis	 (Fadri.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.

