

Malang, 14 Desember 2024

Nomor : 1506/I-PM/DIR/XII/2024
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Mikroskop Laboratorium Pihak - 3

Kepada Yth
Ibu Endang Susilowati
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan hasil pengecekan internal bahwa mikroskop pada laboratorium dengan merk Olympus type CX23 serial number 9D866752019014 mengalami kerusakan pada lensa buram tidak fokus dan bagian lensa prima berjamur, maka kami mengajukan perbaikan ke pihak ke -3 yaitu PT. Risky Putra Kasih.

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang




dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Penunjang Medis
2. PLT Kabid Pelayanan Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IRNA
5. Ka Ins IRJA
6. Ka Ins Laboratorium
7. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 14 / 12 / 2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Laboratorium

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Mikroskop	Kode Inventaris	:
		Merk	: Olympus
		Type	: CX23
		Nomor Seri	: 9D86675201904
		Warna	:
		Lain - lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 2.	lensa buram, tidak fokus, * bagian lensa & prisma berjamur.
Spare part yang rusak	: lensa okuler	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (Yoga Eka)	 (salma Rita P.)	 (Moh. Arifin)	 (Puji Indah P.)
Ka. Unit Laboratorium	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid Lungung Meds.
			 (Gadis) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.

