

Malang, 15 Januari 2025

Nomor : 059/I-PM/DIR/II/2025
Lampiran : 3 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Mesin Anestesi IKO 2 Pihak ke-3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kegagalan fungsi mesin anestesi IKO 2 yaitu modul mainboard mesin tidak bekerja maksimal, maka kami mengajukan perbaikan ke pihak ke -3 yaitu PT. Inti Hasil Sarana Global (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

- Tembusan :
1. PLT Kabid Penunjang Medis
 2. PLT Kabid Pelayanan Medis
 3. Kabid Umum dan Keuangan
 4. Ka Ins IKO
 5. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT




Tanggal Pengaduan : 15 / 01 / 2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IKO

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Mein Anestesi IKO 2	Kode Inventaris	-
		Merk	Owened
		Type	7400 A
		Nomor Seri	AEONMED7400AEYY067
		Warna	Bukit
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 15 / 01 / 2024 2. 16.00 s/d 21.30	Dilakukan pengecekan dan perbaikan oleh IPSRS, bahwa modul main board mein tidak bekerja maksimal (trouble), saran dari Tim IPSRS mengajukan perbaikan pihak ke-3 yaitu PT. (H) Global
Spare part yang rusak	: Modul main board alat tidak bekerja maksimal	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☐ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (.....) Ka. Unit IKO	 (.....) Petugas Alat ATEK IPSRS	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid Perumang Medis	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

