

Malang, 28 Januari 2025

Nomor : 080.19/I-PM/DIR/I/2025
Lampiran : 3 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan dan Pembelian Sparepart Slitlamp Poli Mata Pihak ke-3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kegagalan fungsi (kerusakan pada power box) alat medis yaitu Slitlamp SLM/3ER unit poli mata sehingga tidak bekerja maksimal, maka kami mengajukan perbaikan dan pembelian sparepart ke pihak ke -3 yaitu PT. Indo Sarana Medika (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang




dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Penunjang Medis
2. PLT Kabid Pelayanan Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IRNA
5. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 22/01/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : ICU mata






(Form Pengajuan Rutuh)

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Slit Lamp	Kode Inventaris	-
		Merk	SLM
		Type	3ER
		Nomor Seri	1611404EF
		Warna	Putih
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 22/01/2025 2. 12/00 WIB	Power box rusak, perlu diantian Perbaikan dan pengajuan spare part ke PT. Indo Sarana Medika
Spare part yang rusak	: power box	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (.....) Ka. Unit	 (.....) Petugas Alat ATEM IPSRS	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid Penunjang Medis	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

