



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 080.8/I-PNJ/IRNA/I/2025

Tanggal	23 Januari 2025			
Pengajuan Dari Unit*	IRNA 6A			
Alasan Pengajuan	Pengajuan Peralatan Medis Baru (Penggantian ECG Lama (Lifetime Penggunaan))			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	ECG Mindray Beneheart R3	1	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	EKG (Elektrokardiografi) merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung		
3.	Penempatan alat**	IRNA 6A		
4.	Merk/Tipe**	ECG Mindray Beneheart R3		
5.	Spesifikasi**	ECG Mindray Beneheart R3 a) Tinggi 56 mm b) Lebar 260 mm c) Dalam 194 mm d) Berat 1,2 Kg termasuk Baterai e) Rata-rata Sampel 100 Sample/ detik/ channel f) Deteksi Pacer 16000 Sample/detik/channel g) Amplifier DC-couple h) Mode Aquisisi Pre-or post-acquisition, provide 10 second i) Dinaminc Range AC diferensial ± 10 mV DC Offset ± 600 Mv j) Resolution 1 μ V/ LSB k) Respon Frekuensi -3 dB @ 0,05 sampai 150 Hz l) Artifact filter 20 Hz, 35 Hz m) AC Filter 50/60 Hz n) Impedance input > 50 Oh o) Time Constanat $\geq 3,2$ secon p) Noise Level ≤ 15 μ V q) Patient leakage < 10 μ A r) Heart Rate Meter 30 sampai 300 BPM s) Startup Time ≤ 5 second t) Sensitifitas 5,10,20 mm / mV, Auto		
Yang Mengajukan Ka IRNA 6A Murwani Suryaning Sapartinah, Amd. Kep	PLT Kabid Yanmed Puput Sekar Nari Ratih, AMd.Keb	PLT Kabid Jangmed Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	Kabid Umum dan Keuangan drg. Endy Wira Pradana, MMRS	PLT Direktur RS dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA 				


*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

ECG Mindray Beneheart R3





BERITA ACARA PENARIKAN ALAT MEDIS

Pada hari ini Selasa, 07 Januari 2025, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch Aripin
Jabatan : Kepala IPSRS

Telah dilakukan pemeriksaan, pemeliharaan dan uji fungsi alat medis, yaitu :

NO	NAMA ALAT	MERK	TYPE	SERIAL NUMBER	UNIT	TAHUN PMEBELIAN	TAHUN BELI	USIA PEMAKAIAN
1	ECG	Zoncare	ZQ-1212	K61C881040001	IRNA 6A	2016	2017	5 Tahun

Dari hasil tersebut maka kami putuskan untuk melakukan penarikan alat medis tersebut dari pelayanan, dengan hasil analisa teknisi ATEM IPSRS yaitu daya fungsi alat medis tersebut berkurang dan melebihi masa penggunaan lifetime untuk mengurangi risiko terjadinya insiden keselamatan pasien.

Saran dari tim IPSRS alat tersebut untuk ditarik dari pelayanan dan dimasukkan ke gudang alkes dan unit order baru.

Demikianlah berita acara penarikan alat medis ini di buat, terima kasih.

Mengetahui,

Moch Arifin
Kepala IPSRS

Salma Gita Pramesti, AMd.TEM
Pelaksana ATEM IPSRS

drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
Kepala Bidang Umum dan Keuangan

Puput Nari Ratih, AMd.Kep
PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis

Putri Indah Purnama Sari, AMd.Keb
PLT Kepala Bidang Penunjang Medis

Ns. Very Susanto, S.Kep
Kepala Bidang Keperawatan

dr. Nur Mazidah
PLT. Direktur Rumah Sakit



DOKUMENTASI

