



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 080.15/I-PNJ/IPSR/II/2025

Tanggal	25 Januari 2025			
Pengajuan Dari Unit*	IPSR			
Alasan Pengajuan	Penggantian Kompressor Kulkas Mini IRNA 2C (Rusak)			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Compressor Kulkas Handen ADW 43 (1/10 Pk) R134A, 68 Watt	1 unit	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Memompa refrigeran ke dalam kulkas sehingga ruangnya menjadi dingin.		
3.	Penempatan alat**	IRNA 2C		
4.	Merk/Tipe**	Compressor Kulkas Handen ADW 43 (1/10 PK) R134A 68 Watt		
5.	Spesifikasi**	Compressor Kulkas Handen ADW 43 (1/10 Pk) R134A 68 Watt Ukuran : P : 20CM, L : 10 CM, T : 13 CM		
Yang Mengajukan PLT Ka IPSR	PLT Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kabid Umum dan Keuangan	PLT Direktur RS
 Moch Arifin	 Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	 Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	 dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Compressor Kulkas Handen ADW 43 (1/10 PK) R134A 68 Watt

Compressor Kulkas Handen ADW 43 (1/10 Pk) R134a





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 25 / 01 / 2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : RNA 2C

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

Identitas Barang	
No	Nama Barang
1	Kompresor kultur mini, 1/10 PK
	Kode Inventaris : -
	Merk : Handen
	Type : 1/10 PK
	Nomor Seri : -
	Warna : Hitam
	Lain - lain : -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 25 / 01 / 2025 2. 10.00 WIB	Kompresor kultur mini rusak, tidak bisa difungsikan, laras pengajuan dan order baru 1 unit
Spare part yang rusak	: Kompresor	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☐ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Ka. Unit RNA 2C	Petugas Alat (D12)	Ka. IPSRS	Kabid Umum dan Operasional	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.



QDH286
R134a
24V ~ 50Hz 68W 0.25A
CE
KMS

2025/01/25 09:01