

Malang, 05 Februari 2025

Nomor : 080.45/I-PM/DIR/II/2025
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Operating Mikroskop Pihak ke - 3

Kepada Yth.
dr. Sefrina Trisadi,Sp.DV
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan hasil pemeliharaan teknisi ATEM IPSRS bahwa alat medis Operating Mikroskop IKO dengan merk Takagi / Type OM – 9, dengan hasil dept auto focus berkurang, maka kami mengajukan perbaikan ke PT. Surya Tama Medika (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. PLT Kabid Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IKO
5. Ka Ins IPSRS



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT



Tanggal Pengaduan : 05/02/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IKO

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Operating Mikroskop	Kode Inventaris	:
		Merk	: Takagi
		Type	: Type 04-g
		Nomor Seri	:
		Warna	: putih hitam
		Lain - lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 05/02/2025 2. 09.30 wib	Hasil pemeriksaan ATEN (PIR), bahwa auto fokus burrurang, saran DPJP dr. Lutfan, Sp.M untuk di gantikan perbaikan ke pihak ke-3 PT. Surya Tama Medika
Spare part yang rusak	: Auto fokus	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Siti Badriyah)	 (Irena)	 (Moh. Anwar)	 (drs. Endang Wury)	 (Kadis)
Ka. Unit (IKO)	Petugas Alat ATEN (PIR)	Ka. IPSRS	Kabid Umum dan Operasi	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.

