

Malang, 14 Maret 2025

Nomor : 219/I-PNJ/DIR/III/2025
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Suction Poli Gigi, Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DV
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan tidak maksimalnya daya fungsi kinerja suction (part) poli gigi 1 dan rekomendasi dari drg. Ega, Sp. Perio, kami mengajukan perbaikan ke pihak ke -3 yaitu CV. Brawijaya Dental (Form Kerusakan terlampir)

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. PLT Kabid Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IRJA
5. Ka Ins IPSRS



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT


Tanggal Pengaduan : 14/03/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Don Gigi 1

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Kode Inventaris	Identitas Barang
1	Part Dental Unit 201 0191 1 (Suction)	Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	- Suction Suction Dental Unit - Tembaga -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 14/03/2025 2. 10.00 WIB	Suction dental unit sering trouble, ^{tidak berfungsi} saran ^{terima} drg. Ega untuk diikutkan perbaikan ke W. Drajatjaya Dental,
Spare part yang rusak	: Suction Dental Unit	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (Moch. Mipin)	 (Salma)	 (Moch. Angin)	 (drg. Endy Wita P)
Ka. Unit (R.K.)	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid umum dan Operasional
			 (Gadis) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

