

Malang, 07 April 2025

Nomor : 324/I-PNJ/DIR/IV/2025
Lampiran : 3 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Bursak Bed Kursi Roda IGD, Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan rusaknya bursak kursi roda IGD sejumlah 2 unit, maka kami mengajukan perbaikan ke pihak ke -3 yaitu CV. Karya Medika (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. PLT Kabid Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IGD
5. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT




Tanggal Pengaduan : 09/01/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : 105

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Burak kursi roda 15 D (2 unit)	Kode Inventaris Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	- Onemed - - Hitam -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 12.00 WIB / 09/01/25 2. 12.00 WIB /	burak kursi roda rusak tidak layak (tidak bisa dipakai) harus diperbaiki ke pihak ke-3. CV. Kanggo Medika
Spare part yang rusak	: 1 unit kursi tidak layak (rusak)	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (...) Ka. Unit (P.S.P.)	 (...) Petugas Alat	 (...) Ka. IPSRS	 (...) Kabid Umum dan Operasional	 (...) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.

