



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 348/I-PNJ/IPSRS/IV/2025

Tanggal	14 April 2025			
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS			
Alasan Pengajuan	Penggantian Tali Alat US,ES, Laser BTL (Poli Rehab Medik)			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
1.	1.	Tali US, ES, Laser	1 set	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Sebagai penyangga saat alat digunakan ke pasien		
3.	Penempatan alat**	Poli Rehab Medik		
4.	Merk/Tipe**	BTL / BTL4000		
5.	Spesifikasi**	Tali Perekat (1 set = 5 pcs)		
Yang Mengajukan Ka IROA	PLT Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
Ns. Fadila Ayu Setyani, S.Kep	Puput Sekar Nari Ratih, AMd, Keb	Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Tali Perekat Alat BTL





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT




Tanggal Pengaduan : 14 / 4 / 2015
Tanggal Penarikan Alat : / /
Unit : Rehab medik

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	US, ES, Laser	Kode Inventaris	:
		Merk	: BTL
		Type	: BTL - 4000
		Nomor Seri	: 2575812614
		Warna	:
		Lain - lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 14 / 04 / 2015 2. 12.00 WIB	bagian perekat sdh rusak, tidak lengkap, sobek. ^{taken} tahun pembelian 2010.
Spare part yang rusak	: Aksesoris tali	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (.....) Ka. Unit Rehab medik.	 (salma tita P.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

