



PENGAJUAN ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NO : 287 / I - 243 / RJA / III / 2025

Tanggal	26 Maret 2025			
Pengajuan Dari Unit*	Poli Sakura (Poli Obgyn)			
Alasan Pengajuan	Penggantian probe USG 4D Poli Obgyn Poli Sakura yang tidak connect dengan software USG			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Probe USG 4D GE / Versana Balance	1 unit	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	USG 4D memiliki fungsi untuk memantau perkembangan janin, mendeteksi kelainan, dan menentukan jenis kelamin bayi. a) Melihat detak jantung dan aliran darah janin. b) Mendeteksi kelainan seperti bibir sumbing, cacat lahir, atau masalah organ tubuh. c) Melihat aktivitas janin seperti tersenyum, menguap, atau mengisap jempol. d) Memantau pertumbuhan dan perkembangan janin e) Menentukan jenis kelamin bayi dengan lebih jelas f) Membantu tindakan medis seperti amniosintesis, CVS, kardiosintesis, dan transfusi intrauterin. g) Membantu menimbulkan ikatan emosional orang tua dengan bayi.		
3.	Penempatan alat**	Poli Obgyn Poli Sakura		
4.	Merk/Tipe**	Probe USG 4D GE / Versana Balance / SN 6051753WX0		
5.	Spesifikasi**	Probe USG 4D GE / Versana Balance / SN 6051753WX0		
Yang Mengajukan (Karu/DRJP)	PLT Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
Ns. Fadhila Ayu Setyani, S.Kep	Puput Sekar Nari Ratih, AMd.Keb	Putri Indah Purnama Sari, AMd. Keb	drg. Endy Wira Pradana, MMRS	dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				


*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Probe USG GE / Versana Balance / SN 6051753WX0





FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT





Tanggal Pengaduan : 26/03/2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Poli Iktur

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan


No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Probe USG poli iktur	Kode Inventaris	-
		Merk	GE
		Type	Verona Baller
		Nomor Seri	6051153 W X O
		Warna	Biru
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 26. Maret 2025 2. 11.00	Sensor probe tidak connect ke software USG (tidak terbaca)
Spare part yang rusak	: Sensor probe trouble	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Fadhila)	 (Salma)	 (Mulya Lipin)	 (Kadir)	 (Kadir)
Ka. Unit Poli	Petugas Alat ATEM IPSN	Ka. IPSRS	Kabid Penyakit Menular	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.





SERVICE REPORT

No. Formulir	001/SR/Form
Effective Date	06 January 2025
No. Service Report	01266
No. FSR	

☐ Installation ☐ Maintenance ☐ Repair ☐ Training ☐ Others

SITE DETAIL

Customer Name : RS Prima Husada	Unit Name : USG
Address : Mondoroko Malang	Unit Type : Versana Balance VS
Warranty : ☐ Yes ☒ No ☐ MSA	Brand : GE
Ticket ID No. :	Serial No. : 6051753WX0

PROBLEM

Probe 4D tidak bisa digunakan scan gambar

SERVICE RENDERED

- cek unit
 - coba cleaning port
 - dilakukan tes fungsi Probe 4D, tidak ada getas sama sekali saat dipilih 4D test "tidak berfungsi" error "Aborted 4D sweep"
 - dilakukan tes Probe lainnya (Convex dan Transvaginal) normal
- Note : Perlu penggantian Probe 4D / RAB2-6-RS

CALIBRATED TOOL LIST

Tool Name	Tool Number (Serial Number)	Calibration Due Date
Avometer		

☐ Work Completed ☐ Work Uncompleted ☒ Part Required

RECOMMENDATION

- Perlu penggantian Probe 4D RAB2-6-RS PN H48681WR
- Disarankan tim listrik untuk cek keistimeran : Perbaikan grounding, Terlepas di stop kontak : Fasa-netral : 239 ; Fasa-ground : 130 ; Netral-ground : 110 VAC di Dinding : Fasa-Netral : 240 VAC ; Fasa-ground : 264 VAC ; Netral-ground : 229 V

Glomeda

PT GLOBAL MEDIK PERSADA

Jl. Raya Kebon Jeruk No. 26 RT/BW 011/012

Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk,

Jakarta Barat 11530

Telp: (021) 50899710

Email : telemarketing@glomeda.co.id

Website : www.glomeda.co.id

Call Center : +62 811-8007-677

Customer



ROMANUSKIN
PRIMA HUSADA

Name : salma Gita P.

Date : 15 / 04 / 2025

Name : Ahmad Bayu

Date : 15 / 04 / 2025