



FORM KELUHAN ALAT KESEHATAN SUBSTANDAR

Pada hari ini, Kamis tanggal 16 Mei 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Khusnul Khotimah
2. Unit : Ruangan IRNA 3C

Dengan ini melaporkan hasil penggunaan barang :

No	Nama Barang	Merk	Hasil Penggunaan
1	IV 24	Hospitek	Pada nylon jarum bocor
2			

Sesuai dengan pelaporan penggunaan barang tersebut kami mohon ditindaklanjuti. Demikianlah pelaporan kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 16 Mei 2025

User Pengguna

Khusnul Khotimah

Kepala Instalasi Farmasi

apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm

Mengetahui,
PLT Kepala Bidang Penunjang Medis

Putri Indah Purnamasari, A.Md.,Keb.

Pendapat dari Kepala Bidang Penunjang Medis

- Pengadaan busung farmasi memiliki data pelaporan kerusakan. Sebelum dilakukan insersi pada pasien, maka perawat wajib cek kondisi busung.
- Kerusakan bisa karena kondisi cacat (bisa diketahui langsung saat di insersi sudah terpasang).
- Bisa karena skill perawat saat melakukan insersi, jarum tembus ke selang busung.
- Bisa karena obat peristaltik.



DOKUMENTASI

