



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 483/I-PNJ/LAB/V/2025

Tanggal	21 Mei 2025			
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS			
Alasan Pengajuan	Penggantian Tabung Centrifuge yang Rusak			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Clinical Centrifuge DLAB Model Dm0412 with Rotor A12-10P	1 unit	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu larutan berdasarkan massa jenis atau berat molekulnya.		
3.	Penempatan alat**	Laboratorium		
4.	Merk/Tipe**	Clinical Centrifuge DLAB Model Dm0412 with Rotor A12-10P		
5.	Spesifikasi**	Clinical Centrifuge DLAB Model Dm0412 with Rotor A12-10P Spesifikasi : a) Centrifuges : DM0412 b) Max. speed at 4500 RPM c) Precise control of speed and time separately d) Faster acceleration and deceleration e) Perfectly suited for 15mL cell culture tubes and a full line of collection tubes f) Speed Range 300~4500rpm, increment: 100rpm g) Max. RCF 2490×g h) Speed Accuracy ±20rpm i) Rotor Capacity 1 type j) Run Time 1sec-99min HOLD (Continuous operation) k) Driving Motor DC motor l) Display LED m) Safety Devices Door interlock, Over speed detection n) Acceleration/Braking time 40s↑ 50s↓ o) Power Single-phase, 240V, 50Hz, 3A p) Dimensions [D × W × H] 245 × 255 × 140mm q) Additional Features Sound-alert function		
Yang Mengajukan Ka Laboratorium	PLT Kabid Yanmed	PLT Kabid Jangmed	Kabid Umum dan Keuangan	PLT Direktur RS
Yoga Mada Eka Ariwa, AMd.AK	Puput Sekar Nari Ratih, AMd.Keb	Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	drg. Endy Wira Pradana, MMRS	dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Clinical Centrifuge DLAB Model Dm0412 with Rotor A12-10P



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT



Tanggal Pengaduan : 22 / 05 / 2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Laboratorium

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Centrifuge Wina 507 / 24 tabung	Kode Inventaris Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	 :- : Wina : 507 / 24 tabung :- : Putih :-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 10.00 WIB 2. 22/05/2025	- Turap Centrifuge trouble sudah berulang kali diperbaiki ATEM IPSRS / 5 Turap Centrifuge trouble, saran untuk beli baru 1 unit, - karena citelara penggunaan - pdknana
Spare part yang rusak	: Turap Centrifuge	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (Mada) Ka. Unit Laboratorium	 (Salma) Petugas Alat ATEM IPSRS	 (Andy) Ka. IPSRS	 (Endang) Kabid Gudang dan Operasional Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

