

Malang, 07 Agustus 2025

Nomor : 735/I-PNJ/DIR/VIII/2025
Lampiran : 5 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Bursak, Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan rusaknya bursak bed tindakan di sejumlah ruangan, maka kami mengajukan perbaikan ke CV. Karya Medika (Form Kerusakan Terlampir), adapun bed yang dimaksud yaitu :

NO	RUANGAN BED TINDAKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	IGD Ponek	1	Bursak Rusak
2	Bed Gynek Cadangan	1	
Total		2	

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

- Tembusan :
- 1. PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis
 - 2. PLT Kepala Bidang Penunjang Medis
 - 3. Kepala Bidang Umum
 - 4. Kains Radiologi
 - 5. Ka Ins IPSRS

DOKUMENTASI





FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT




Tanggal Pengaduan : 07 / 08 / 2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : 15D

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Bursak Bed Ponex 15D	Kode Inventaris	:-
		Merk	:-
		Type	:- Bed Ponex
		Nomor Seri	:-
		Warna	:- Hitam
		Lain - lain	:-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 07 / 08 / 2025 2. 10.00 WIB	Kuit bursak bed ponex 15D rusak, tidak bisa diperbaiki, harus dilakukan bursak bed pada pihak ke-3 cv. Karya Medika.
Spare part yang rusak	: kuit bursak rusak	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (Ka. Unit 15D)	 (Petugas Alat)	 (Ka. IPSRS)	 (Kabid Umum dan Operasional)
		 (Ka. Gudang Umum/Farmasi)	

*) Pilih (✓) salah satu.

FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT





Tanggal Pengaduan : 07/08/2015
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Maternitas

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Bed ponet maternitas (cadangan)	Kode Inventaris	: -
		Merk	: -
		Type	: bed ponet
		Nomor Seri	: -
		Warna	: hitam
		Lain - lain	: -

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 07/08/2015 2. 10.00 WIB	Unit rusak bed ponet maternitas (cadangan) tidak dapat bila dirubahi, harus dilubangi buntak bed pada pipat ke - 5 cv. hanya melika
Spare part yang rusak	: buntak rusak	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (.....) Ka. Unit I.D.D	 (.....) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Kabid Kadep Farmasi
			 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

