

Malang, 14 Agustus 2025

Nomor : 756/I-PNJ/DIR/VIII/2025
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Pengecekan Biometri Poli Mata Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan ditemukan kegagalan fungsi pada alat medis Biometri merk Axis Nano tipe BF serial number 1703 di Poli Mata dengan hasil bacaan alat kurang fokus dan membutuhkan update software sehingga performa alat berkurang, maka kami mengajukan pengecekan pada pihak ke-3 (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Umum
3. Kains IRJA
4. Ka Ins IPSRS



FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT




Tanggal Pengaduan : 13 / 8 / 2025
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Poli Mata

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Biometri	Kode Inventaris Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	: Axis Nano BF 1703.0

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 13 / 08 / 2025 2. 10.00 WIB.	Software lemot, hasil tidak maksimal/ tidak fokus.
Spare part yang rusak	-	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan	Memeriksa	Mengetahui	
 (.....) Ka. Unit IPSA	 (salma Citra P.) Petugas Alat	 (.....) Ka. IPSRS	 (.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

