

LAPORAN KEJADIAN

1	Kejadian	Kegagalan fungsi alat medis Phaco IKO (Poli Mata)
2	Unit Kerja	Poli Mata
3	Nama staff	Winda Lestari, AMd.Kep
4	Tanggal Kejadian	Kamis, 21 Agustus 2025
5	Temuan kejadian atas	Laporan kegagalan fungsi alat saat digunakan tindakan (operasi).
6	Kerugian	Alat tidak bisa digunakan (saat tindakan).
7	Barang Bukti	

I. KRONOLOGIS KEJADIAN

TANGGAL	KRONOLOGI	BUKTI (FOTO)
Kamis, 21 Agustus 2025	Alat pacho saat akan digunakan untuk tindakan mengalami kegagalan fungsi / trouble, sehingga sementara waktu alat tidak bisa digunakan saat tindakan / operasi mata. RS tidak mempunyai back up alat / cadangan.	

II. HASIL TELUSUR

Sudah dilakukan pengecekan oleh ATEM IPSRS (internal), bahwa alat tersebut mengalami kegagalan fungsi dan dilakukan pengecekan dengan hasil alat tetap tidak dapat berfungsi dengan normali.
--

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

Pada hari Kamis, 21 Agustus 2025 dokter mata melakukan tindakan operasi sebanyak 6 pasien katarak, saat jam 14.02 dan saat pasien terakhir terjadi kendala pada mesin phaco. Vacuum tidak bekerja saat mode Quadran dan muncul notif bermasalah pada handpiece freeflow, kemudian asisten memanggil atem untuk dilakukan pengecekan. Atem bersama asisten mata mencoba melakukan upaya pengecekan pada handpiece (analisa awal handpiece terdapat sumbatan). Setelah beberapa kali dicoba untuk melakukan irigasi, namun hasilnya tetap sama. Ketika percobaan ke 6 untuk di irigasi vacuum mulai berfungsi namun masih muncul notif error, lalu dicoba kembali dilakukan irigasi akhirnya vacuum dapat berfungsi kembali tanpa notif error.
--

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Alat tidak bisa digunakan (saat tindakan).
--

V. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Eksternal 1. Pengajuan pengecekan / perbaikan ke pihak ke – 3.
Internal 1. Sudah dilakukan pengecekan oleh ATEM IPSRS (internal), hasil masih tetap tidak berubah.

Malang, 21 Agustus 2025

Yang Melaporkan,	Diketahui Oleh,	
Pelaksana ATEM IPSRS	Plt Kepala Bidang Pelayanan Medis,	Kepala Bidang Umum
Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini		
(Salma Gita Pramesti, AMd.T)	(Puput Sekar Nari Ratih, AMd.Keb)	(drg. Endy Wira Pradana, MMRS)
Disetujui, Direktur RS Prima Husada Malang		
 dr. Nur Mazidah		